



检测报告

TEST REPORT



样品名称 Sample Description	医用冰袋
规格型号 Model/Specification	HNSW-BD-1 200g
委托单位 Client	青岛海诺生物工程有限公司
检测类别 Test Type	委托检测




QTC 青岛市产品质量检验研究院
Qingdao Product Quality Testing Research Institute



青岛市产品质量检验研究院
Qingdao Product Quality Testing Research Institute
检 测 报 告
Test Report

No. 202115004735

共 2 页 第 1 页

产品名称 * Product Description	医用冰袋	商 标 * Trade Mark	海氏海诺
规格型号 * Model/Specification	HNSW-BD-1 200g	样品等级 * Sample Grade	合格品
生产单位/地址 * Manufacturer/Addr.	青岛海诺生物工程有限公司/青岛市莱西市姜山镇工业园	联系电话 * Telephone	0532-86463333
委托单位/地址 * Client/Addr.	青岛海诺生物工程有限公司/青岛市莱西市姜山镇工业园	联系电话 * Telephone	0532-86463333
检测类别 Test Type	委托检测	送样日期 Sample Delivered Date	2021-10-18
样品数量 Sample Quantity	20袋	生产日期/批号 * Production Date	2021-03-02/210301
样品状态 Sample Condition	冰袋, 样品完好	送样者 * Sample Delivered by	高荣生
检测日期 Test Date	2021-10-20~2021-11-05	样品编号 Sample No.	20211504735
检测项目 Test Items	外观, 温度特征, 密封性, 跌落试验		
检测依据 Reference Documents for the Test	《鲁青械备20170173号》		
检测结果 Test Conclusion	该样品本次检测, 所检项目符合《鲁青械备20170173号》   签发日期 (Issue Date) 检验检测专用章 (Special Stamp of Test Report) (5)		
备注 Notes	带*信息由委托方提供。 本报告结果仅对来样负责。		
批准: Approved By	陈 东	审核: Verified By	主检: Tested By
			子佳



青岛市产品质量检验研究院检测报告附页

No. 202115004735

共 2 页 第 2 页

序号	检测项目	技术要求	检测结果	单项评价
1	外观	医用冰袋表面清洁, 无破裂、泄露、异物附着。	表面清洁, 无破裂、泄露、异物附着	符合
2	温度特征	有效降温时间应 $\geq 60\text{min}$	96min~130min	符合
3	密封性	无渗漏、无破损	均无渗漏、无破裂	符合
4	跌落试验	袋体无破损、内容物无渗漏	袋体均无破损、内容物均无渗漏	符合

试验说明:

- 试验环境温度: $22.3^{\circ}\text{C} \sim 23.5^{\circ}\text{C}$
- 外观: 按《鲁青械备20170173号》检测
- 温度特征: 按《鲁青械备20170173号》检测
- 密封性: 按《鲁青械备20170173号》检测
- 跌落试验: 按 GB/T 25162.2-2010 检测

以下空白



检验人/用章



声明

- 1、报告无“检验检测专用章”无效。
- 2、报告未经本单位书面批准不得部分复制；复制报告需重新加盖“检验检测专用章”，否则无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签章无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、对报告结果若有异议，请在收到报告之日起十五日内向本单位提出。
- 6、报告仅对来样负责。资质认定证书确定的检验检测能力范围外出具的检测报告不得标注资质认定标志，其数据和结果对社会不具有证明作用，仅供委托方了解该样品的品质情况，不得用于商品广告和宣传。

- 1、The report is invalid without Special stamp for inspection report.
- 2、Do not copy the report unless specially permitted. The copy must be sealed with Special stamp for inspection report ,otherwise it would be invalid.
- 3、The report would be invalid when there is no signature of the major inspector, verifier or authorizer.
- 4、The report would be invalid if altered.
- 5、Any question with the report should be submitted to the inspection organization within 15 days from receiving the report. Otherwise it is not accepted.
- 6、The results shown in this report refer is responsibility for the received sample(s) only. It acquaint the client with sample quality only. The report could not be used for any advertisement and testimony.

地址： 青岛市崂山区科苑纬四路77号

邮编： 266101

电话： 0532-6806-9100

传真： 0532-6806-9111

网址： www.qtc.org.cn

E-mail: qdzjs@qtc.org.cn

Add: No.77 Keyuanwei Four Road Qingdao China

P. C. : 266101

Tel: 0532-6806-9100

Fax: 0532-6806-9111

Website: www.qtc.org.cn

E-mail: qdzjs@qtc.org.cn



微信公众号二维码

