

TDS Code: D8189008



青岛伦敦杜蕾斯有限公司
QINGDAO LONDON DUREX CO., LTD.

地址: 青岛高新技术产业开发区东路上马段 1-13 号
Address: No. 1-13 Shangma Part, Ao-dong Road High-tech Industrial Development Zone, Qingdao, China
邮编 Post Code: 266114 电话 Tel: (0086) 0532 66966193 传真 Fax: (0086) 0532 87838708

产品合格证明 Certificate of Conformance

合格证编号 No. of Certificate COC488324

兹证明该批产品符合 GB/T 7544 / ISO 4074 标准<<天然橡胶胶乳男用避孕套技术要求与试验方法>>
This certificate certifies that this batch of product conforms with the standard GB/T 7544 / ISO 4074
Natural Rubber Latex Male Condoms – Requirements and Test Methods.

产品名称 Description of Product: 天然胶乳橡胶避孕套 Natural Latex Rubber Condom

产品商标 Trade Mark: 杜蕾斯® Durex® 或 or 杜蕾斯™ Durex™

品名 Brand: 大胆爱吧 Love

产品批号 Lot No.: 1002652859

产品识别码 ID No.: N/A

生产日期 Manufacture Date: 2024-09

失效日期 Expiry Date: 2029-08

产品代码 FG Code: 3063167

包装数量 Pack Size: 10's

内包产品代码 Foiled Condom Code: 3155274

报告人 Reported By: 李永林 日期 Date: 19/09/2024

批准人 Approved By: 李永林 日期 Date: 19/09/2024



参阅号 Ref: QSF 8.2-5.0201 签发日期 Issued Date: 10/2022



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



青岛伦敦杜蕾斯有限公司 QINGDAO LONDON DUREX CO., LTD.

题目Subject: 分析证明 Certificate Of Analysis

地址: 青岛高新技术产业开发区香东路上马段1-13号

Address No.1-13 Shangma Part, Aodong Road High-tech Industrial Development Zone, Qingdao,

邮编Post Code: 266114 电话Tel: (0086) 0532 66966193 传真Fax: (0086) 0532 87838708

品名 Brand: 大胆爱吧Love

产品类型 Type: 52mm

批号 Lot No.: 1002652859

包装规格 Pack Size: 10's

颜色 Color: 粉红Coral

润滑液类型 Lubricant Type: 硅油Silicone oil, 香草Vanilla

生产日期 MFG. Date:

2024-09

失效日期 EXP. Date:

2029-08

内包数量 Quantity Foiled (只 PCS): 431040

包装数量 Quantity Packed (托 CAR): 3592

样品收到日期 Sample Arrival Date: 18/09/2024

检测时间 Tested Date: 18/09/2024

检验标准Tested According To: GB/T 7544 / ISO 4074

技术要求 Requirements	抽样量 (只) Sample Size (PCS)	AQL	限值 Limits	不合格水平 Reject Level	检验结果Test Results			
					范围 Range	平均值 Average	不合格数量 NO. Failed	合格/不合格 Passed /Failed
尺寸 Dimension:								
长度Length (毫米mm)	13	N/A	160 Minimum.	1	180-184	181	0	合格Passed
宽度Width (毫米mm)	13		标称 STD ± 2	1	52.0-52.5	52.0	0	合格Passed
厚度Thickness(毫米mm)	13		***根据不同规格 Individual Spec	1	0.054-0.057	0.055	0	合格Passed
爆破试验 Burst Test:								
老化前Initial 体积Volume (升l)	200 []	1.5	**19.0 Minimum. []	8 []	16.0-48.5	39.5	1	合格Passed
	315 [v]		22.0 Minimum. [v]	11 [v]				
	500 []		*25.0 Minimum.[]	15 []				
其它Other ____			****	—				
压强Pressure (千帕 kPa)			1.0 Minimum.		0.70-1.85	1.65		
针孔 Freedom From Holes								
	315 [v]	0.25		3 [v]	-	-	0	合格Passed
	500 []			4 []	-	-		
其它Other ____				—	-	-		
可见缺陷 Visible Defect								
	315 [v]	0.40		4 [v]	-	-	0	合格Passed
	500 []			6 []	-	-		
其它Other ____				—	-	-		
独立包装可见开口 Individual Containers With Visibly Open Seals								
	315 [v]	0.40		4 [v]	-	-	0	合格Passed
	500 []			6 []	-	-		
其它Other ____				—	-	-		
包装密封性 Package Integrity								
	32 [v]	0.65		1 [v]	-	-	0	合格Passed
其它Other ____				—	-	-		
包装和标识检验 Packaging & Labelling Checks	13	N/A	无缺陷 No Failure	1	-	-	0	合格Passed

Packaging & Labelling Checks

* 仅限: Only for EO75 & AP EO80

** 仅限: Only for SWCF45

*** CON1/46&CON2/3/4/17&CON69&CON33/66&CON28&CON34&CON9&CON10&CON35/36/37&CON26&CON13&CON14&CON11&CON24&CON12&CON15&CON16&CON17&CON18&CON19&CON20&CON21&CON22&CON23&CON25&CON27&CON28&CON29&CON30&CON31&CON32&CON34&CON35&CON36&CON37&CON38&CON39&CON40&CON41&CON42&CON43&CON44&CON45&CON46&CON47&CON48&CON49&CON50&CON51&CON52&CON53&CON54&CON55&CON56&CON57&CON58&CON59&CON60&CON61&CON62&CON63&CON64&CON65&CON66&CON67&CON68&CON69&CON70&CON71&CON72&CON73&CON74&CON75&CON76&CON77&CON78&CON79&CON80&CON81&CON82&CON83&CON84&CON85&CON86&CON87&CON88&CON89&CON90&CON91&CON92&CON93&CON94&CON95&CON96&CON97&CON98&CON99&CON100 will be measured as per company specification. Others will be measured as per customer specification.

**** 仅限: 特殊要求. Only for special requirements.

结论Decision: ☒ 合格Accepted ☐ 不合格Failed

报告人Prepared (实验室技术员Lab Technician): 鲁东伟, 日期Date: 19/09/2024

批准人Approved By (质控经理QC. MGR.): 任奇芳, 日期Date: 19/09/2024

编号: Q014-2-5-0204 版本: 1.0 Issue: Q014 页数Page: 1 of 1



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App