



17060014E010

正本

辽宁千一测试评价科技发展有限公司

检验检测报告

千一测评

报告编号 J2019A13670

样品名称

卫生湿巾

送检单位

美信药业(辽宁)有限公司

2021年04月02日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



17060014E010

辽宁千一测试评价科技发展有限公司

检验检测报告

样品受理编号: D200537A

检测报告编号: J2019A13670

第 1 页/共 4 页

样品名称:	卫生湿巾	样品数量:	2包
送检单位:	美信药业(辽宁)有限公司	样品性状:	片状
生产单位:	美信药业(辽宁)有限公司	接样日期:	2020年12月31日
生产日期或批号:	20201226	检测完成日期:	2021年04月02日
样品规格或型号:	80PCS; 袋装、桶装、盒装。		
检测项目:	杀菌试验(大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌)		

声明预生产规格: 10片、20片、22片、26片、30片、32片、40片、50片、60片、80片、100片、120片。

一、检测依据:

杀菌试验: GB15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》附录C。

二、评价依据:

杀菌试验: GB15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》附录C。

三、稳定性试验样品加速试验法的存放条件: 包装完好、放置温度 37°C、湿度 75%、时间 90 天。

四、检测结论:

1. 大肠杆菌杀菌试验(载体法): 试验重复 3 次, 试验温度为 $20^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ 。结果表明卫生湿巾为载体原型, 作用时间 1min, 对载体上大肠杆菌平均杀菌率为 100.00%, 符合 GB15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》的要求, 产品有杀菌作用。

2. 金黄色葡萄球菌杀菌试验(载体法): 试验重复 3 次, 试验温度为 $20^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ 。结果表明卫生湿巾为载体原型, 作用时间 1min, 对载体上金黄色葡萄球菌平均杀菌率为 100.00%, 符合 GB15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》的要求, 产品有杀菌作用。

3. 白色念珠菌杀菌试验(载体法): 试验重复 3 次, 试验温度为 $20^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ 。结果表明卫生湿巾为载体原型, 作用时间 1min, 对载体上白色念珠菌平均杀菌率为 100.00%, 符合 GB15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》的要求, 产品有杀菌作用。

根据 1、2、3 检测结论表明卫生湿巾抗菌作用有效期为室温保存 2 年。

—— 以下空白 ——

签发人:

最终审核日期: 2021 年 04 月 02 日

检验检测专用章

盖章处



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



辽宁千一测试评价科技发展有限公司

17060014E010

检验检测报告

样品受理编号: D200537A

检测报告编号: J2019A13670

第 2 页/共 4 页

样 品 名 称 : 卫生湿巾

接 样 日 期 : 2020 年 12 月 31 日

检 验 项 目 : 大肠杆菌杀菌试验(载体法)

检测完成日期 : 2021 年 04 月 01 日

一、器材

1. 试验样品、批号: 卫生湿巾、20201226;

2. 试验菌株名称、菌株号、提供单位和培养代数: 大肠杆菌、8099、广东环凯微生物科技有限公司、第 6 代;

3. 培养基及其它: 营养琼脂培养基, 磷酸盐缓冲液(0.03mol/L pH7.2), 中和剂成分及浓度: 含 3.9%D/E 中和肉汤(委托方提供);

4. 仪器: 恒温培养箱/DH6000BII/L-516, 电子天平/SQP/L-326, 电子显微镜/BM2100/L-511, 立式蒸汽压力灭菌锅/LDZX-60KSB/L-484, 恒温水浴锅/DK-98-IIA/L-515, 生物安全柜/BSC-1500IIA2-X/L-499。

二、方法

1. 检测依据: GB15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》附录 C;

2. 检测条件: 试验重复 3 次, 试验温度 $20^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ 。

三、结果

经 3 次重复试验, 试验温度 $20^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ 。结果表明以卫生湿巾为载体原型, 作用时间 1min, 对大肠杆菌平均杀菌率为 100.00%。

对大肠杆菌杀菌试验结果					
试验序号	作用不同时间 (min) 的平均杀菌率 (%)				阳性对照组平均菌落数 (cfu/片)
	1	2	5	10	
1	100.00	100.00	100.00	100.00	1.39×10^4
2	100.00	100.00	100.00	100.00	1.51×10^4
3	100.00	100.00	100.00	100.00	1.55×10^4
平均值	100.00	100.00	100.00	100.00	

注: 阴性对照组均无菌生长

四、结论

经 3 次重复试验, 试验温度为 $20^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ 。结果表明以卫生湿巾为载体原型, 作用时间 1min, 对载体上大肠杆菌平均杀菌率为 100.00%, 符合 GB15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》要求, 有杀菌作用。

—— 以下空白 ——

签发人:

王明

最终审核日期:

2021 年 04 月 02 日

检验检测专用章

盖章处





17060014E010

辽宁千一测试评价科技发展有限公司

检验检测报告



样品受理编号: D200537A

检测报告编号: J2019A13670

第 3 页/共 4 页

样品名称: 卫生湿巾

接样日期: 2020 年 12 月 31 日

检验项目: 金黄色葡萄球菌杀菌试验(载体法)

检测完成日期: 2021 年 04 月 01 日

一、器材

1. 试验样品、批号: 卫生湿巾、20201226;

2. 试验菌株名称、菌株号、提供单位和培养代数: 金黄色葡萄球菌、ATCC6538、广东环凯微生物科技有限公司、第 6 代;

3. 培养基及其它: 营养琼脂培养基, 磷酸盐缓冲液(0.03mol/L pH7.2), 中和剂成分及浓度: 含 3.9%D/E 中和肉汤(委托方提供);

4. 仪器: 恒温培养箱/DH6000BII/L-516, 电子天平/SQP/L-326, 电子显微镜/BM2100/L-511, 立式蒸汽压力灭菌锅/LDZX-60KSB/L-484, 恒温水浴锅/DK-98-IIA/L-515, 生物安全柜/BSC-1500IIA2-X/L-499.

二、方法

1. 检测依据: GB15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》附录 C;

2. 检测条件: 试验重复 3 次, 试验温度 $20^{\circ}\text{C}\pm 1^{\circ}\text{C}$.

三、结果

经 3 次重复试验, 结果表明以卫生湿巾为载体原型, 作用时间 1min, 对金黄色葡萄球菌平均杀菌率为 100.00%。

对金黄色葡萄球菌杀菌试验结果

试验序号	作用不同时间 (min) 的平均杀菌率 (%)				阳性对照组平均菌落数 (cfu/片)
	1	2	5	10	
1	100.00	100.00	100.00	100.00	1.17×10^4
2	100.00	100.00	100.00	100.00	1.27×10^4
3	100.00	100.00	100.00	100.00	1.33×10^4
平均值	100.00	100.00	100.00	100.00	—

注: 阴性对照组均无菌生长

四、结论

经 3 次重复试验, 试验温度为 $20^{\circ}\text{C}\pm 1^{\circ}\text{C}$, 结果表明以卫生湿巾为载体原型, 作用时间 1min, 对载体上金黄色葡萄球菌平均杀菌率为 100.00%, 符合 GB15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》的要求, 有杀菌作用。

以下空白

签发人:

检验检测专用章

最终审核日期:

2021 年 04 月 02 日

盖章处



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



检验检测报告

样品受理编号: D200537A

检测报告编号: J2019A13670

第 4 页/共 4 页

样品名称: 卫生湿巾

接样日期: 2020 年 12 月 31 日

检验项目: 白色念珠菌杀菌试验(载体法)

检测完成日期: 2021 年 04 月 02 日

一、器材

1. 试验样品、批号: 卫生湿巾、20201226;

2. 试验菌株名称、菌株号、提供单位和培养代数: 白色念珠菌、ATCC10231、广东环凯微生物科技有限公司、第 7 代;

3. 培养基及其它: 沙氏琼脂培养基, 磷酸盐缓冲液(0.03mol/L pH7.2), 中和剂成分及浓度: 含 3.9%D/E 中和肉汤(委托方提供);

4. 仪器: 恒温培养箱/DH6000BII/L-516, 电子天平/SQP/L-326, 电子显微镜/BM2100/L-511, 立式蒸汽压力灭菌锅/LDZX-60KSB/L-484, 恒温水浴锅/DK-98-IIA/L-515, 生物安全柜/BSC-1500IIA2-X/L-499.

二、方法

1. 检测依据: GB15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》附录 C;

2. 检测条件: 试验重复 3 次, 试验温度 $20^{\circ}\text{C}\pm 1^{\circ}\text{C}$.

三、结果

经 3 次重复试验, 结果表明以卫生湿巾为载体原型, 作用时间 1min, 对白色念珠菌平均杀菌率为 100.00%。

对白色念珠菌杀菌试验结果

试验序号	作用不同时间 (min) 的平均杀菌率 (%)				阳性对照组平均菌落数 (cfu/片)
	1	2	5	10	
1	100.00	100.00	100.00	100.00	3.65×10^4
2	100.00	100.00	100.00	100.00	4.20×10^4
3	100.00	100.00	100.00	100.00	4.70×10^4
平均值	100.00	100.00	100.00	100.00	

注: 阴性对照组均无菌生长

四、结论

经 3 次重复试验, 试验温度为 $20^{\circ}\text{C}\pm 1^{\circ}\text{C}$, 结果表明以卫生湿巾为载体原型, 作用时间 1min, 对载体上白色念珠菌平均杀菌率为 100.00%, 符合 GB15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》的要求, 有杀菌作用。

——以下空白——

签发人:

最终审核日期:

2021 年 04 月 02 日

检验检测专用章

盖章处





17060014E010

正本

辽宁千一测试评价科技发展有限公司

检验检测报告

千一测评

报告编号 **J2024C07250** Qianyi Testing and Evaluation

样品名称 卫生湿巾

送检单位 美信药业（辽宁）有限公司

2021 年 03 月 30 日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



辽宁千一测试评价科技发展有限公司



17060014E010

检验检测报告

样品受理编号: D200537A

检测报告编号: J2024C07250

第 1 页/共 3 页

样品名称:	卫生湿巾	样品数量:	1 袋
送检单位:	美信药业(辽宁)有限公司	样品性状:	片状
生产单位:	美信药业(辽宁)有限公司	接样日期:	2020 年 12 月 31 日
生产日期或批号:	20201226	检测完成日期:	2021 年 02 月 12 日
样品规格或型号:	80PCS; 袋装、桶装、盒装		
检测项目:	多次完整皮肤刺激试验		

声明 预生产规格: 10 片、20 片、22 片、26 片、30 片、32 片、40 片、50 片、60 片、80 片、100 片、120 片

一、检测依据:《消毒技术规范》(2002 年版) 2.3.3

二、评价依据:卫生湿巾卫生要求 WS575-2017 5.10

三、检测结论:

试验过程中,3 只家兔的多次皮肤刺激所见症状观察评分表,按卫生湿巾卫生要求 WS575-2017 中 5.10 中表 2 判定,该受试物对家兔多次完整皮肤刺激试验结果为无刺激性,符合卫生湿巾卫生要求 WS575-2017 5.10 的要求。

—以下空白—



千一测评

Qianyi Testing and Evaluation

签发人:

↓ 21/03/30

最终审核日期: 2021 年 03 月 30 日

检验检测专用章
盖章处



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



17060014E010

检验检测报告

样品受理编号: D200537A

检测报告编号: J2024C07250

第 2 页/共 3 页

样 品 名 称 : 卫生湿巾

接 样 日 期 : 2020 年 12 月 31 日

检 验 项 目 : 多次完整皮肤刺激试验

检测完成日期 : 2021 年 02 月 12 日

多次完整皮肤刺激试验

一、材料和动物

1. 受试物: 美信药业(辽宁)有限公司提供的卫生湿巾, 试验时每只家兔取卫生湿巾挤出液体 0.5 ml 为受试物。
2. 动物: 选用辽宁长生生物技术股份有限公司提供的日本大耳白兔 3 只, 普通级, 雌性, 体重 1.7~2.1kg。实验动物生产许可证号为 SCXK(辽)2020-0001。
3. 动物饲料: 由辽宁长生生物技术股份有限公司提供, 生产许可证号为 SCXK(辽)2020-0002。
4. 试验条件: 普通动物试验室, 温度 $21\pm 5^{\circ}\text{C}$, 湿度 40%-70%, 实验动物使用许可证号为 SYXK(辽)2020-0005。

二、方法

1. 在试验前 24 h, 用剃毛剪将家兔背部脊柱两侧的毛去掉, 不得损伤皮肤。去毛范围, 左、右各约 $3\text{cm}\times 3\text{cm}$ 。
2. 次日将受试物[浓度一般为皮肤消毒应用液的 5 倍或原液 0.5 ml (g)]涂在一侧皮肤上, 另一侧涂溶剂作为对照, 在涂抹后 4 h, 用水或无刺激的适宜溶剂清洗, 除去残留物。每天涂抹一次, 连续涂抹 14 d。在每次涂抹后 24 h 观察结果, 按《消毒技术规范》(2002 年版) 2.3.3 中表 2-11 评分。为了便于受试物的涂抹和结果观察, 必要时应剪毛。对照区的处理方法同试验区。

接下页

千一测评
Qianyi Testing and Evaluation





辽宁千一测试评价科技发展有限公司

17060014E010

检验检测报告

样品受理编号: D200537A

检测报告编号: J2024C07250

第 3 页/共 3 页

接上页

三、结果

卫生湿巾多次完整皮肤刺激试验过程中, 3只家兔的多次皮肤刺激症状观察如下表:

症状观察评分表:

观察时间	动物编号 1		动物编号 2		动物编号 3		评分标准	
	红斑 评分	水肿 评分	红斑 评分	水肿 评分	红斑 评分	水肿 评分		
第 1 天给药后 24h	0	0	0	0	0	0		
第 2 天给药后 24h	0	0	0	0	0	0		
第 3 天给药后 24h	0	0	0	0	0	0		
第 4 天给药后 24h	0	0	0	0	0	0		
第 5 天给药后 24h	0	0	0	0	0	0		
第 6 天给药后 24h	0	0	0	0	0	0		
第 7 天给药后 24h	0	0	0	0	0	0		
第 8 天给药后 24h	0	0	0	0	0	0		
第 9 天给药后 24h	0	0	0	0	0	0		
第 10 天给药后 24h	0	0	0	0	0	0		
第 11 天给药后 24h	0	0	0	0	0	0		
第 12 天给药后 24h	0	0	0	0	0	0		
第 13 天给药后 24h	0	0	0	0	0	0		
第 14 天给药后 24h	0	0	0	0	0	0		
每天每只动物平均 积分（刺激指数）								

表 1 皮肤刺激反应的评分标准		
皮肤刺激反应	评分	
红斑形成:		
无	0	
勉强可见	1	
明显	2	
严重	3	
紫红色红斑, 并有焦痂	4	
水肿形成:		
无	0	
勉强可见	1	
皮肤隆起, 轮廓清楚	2	
水肿隆起约 1mm	3	
水肿隆起超过 1mm	4	

表 2 皮肤刺激强度分级	
皮肤刺激指数刺激强度级别	
0~<0.5	无刺激性
0.5~<2.0	轻刺激性
2.0~<6.0	中等刺激性
6.0~8.0	强刺激性

Qianyi Testing and Evaluation

注: 根据表 1 评分, 最终结果公式为:

$$\text{每天每只动物平均积分} = \frac{\sum (\text{每只动物 14d 的红斑和水肿总积分})}{\text{受试动物数} \times 14}$$

四、结论

试验过程中, 3 只家兔的多次皮肤刺激所见证状观察评分表, 按卫生湿巾卫生要求 WS575-2017 中 5.10 中表 2 判定, 该受试物对家兔多次完整皮肤刺激试验结果为无刺激性, 符合卫生湿巾卫生要求 WS575-2017 5.10 的要求。

——以下空白

签发人:

↓ 邵峰

最终审核日期:

2024 年 03 月 30 日

检验检测专用章

盖章处



CS 扫描全能王

3 亿人都在用的扫描 App




17060014E010

正本

辽宁千一测试评价科技发展有限公司

检验检测报告



千一测评

报告编号

J2120A00700-1

Qianyi Testing and Evaluation

样品名称

卫生湿巾

送检单位

美信药业（辽宁）有限公司



2021年04月02日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



3亿人都在用的扫描App

检验检测报告

样品受理编号: D210072A

检测报告编号: J2120A00700-1

第2页/共7页

样品名称: 卫生湿巾

收样日期: 2021年01月18日

检测项目: 感官性状

检测完成日期: 2021年01月20日

一、器材

1.样品名称: 卫生湿巾; 批号: 20201216。

二、方法

1.检测依据《卫生湿巾卫生要求》WS 575-2017 6.1。

2.检测依据中没有包括或需要特殊说明可能影响检测结果的问题。

三、结果

检测指标	检测结果	标准
感官性状	外装整洁、无掉毛掉屑、无异常气味、无异物。	外观应整洁, 不应有掉毛、掉屑现象; 不应有异常气味与异物

四、结论

卫生湿巾的感官性状检测结果符合《卫生湿巾卫生要求》WS 575-2017 5.1 的规定。



一测评

Test and Evaluation



签发人:

↓ 217 02/5

最终审核日期:

2021年 04月 02日

检验检测专用章

盖章处



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



17060014E010

辽宁千一测试评价科技发展有限公司

检验检测报告

样品受理编号: D210072A

检测报告编号: J2120A00700-1

第3页/共7页

样品名称: 卫生湿巾

收样日期: 2021年01月18日

检测项目: 含液量

检测完成日期: 2021年01月20日

一、器材

1.样品名称: 卫生湿巾; 批号: 20201216。

2.仪器名称: 赛多利斯分析天平 SQP_Quintix224、干燥箱 85°C。

二、方法

1.方法依据《湿巾》GB/T27728-2011 6.3。

2.检测依据中没有包括或需要特殊说明可能影响检测结果的问题。

三、结果

检测指标	含液量 (倍)	平均值 (倍)	标准范围 (倍)
	4.40		
含液量	3.60	4.03	≥1.7
	4.09		

四、结论

卫生湿巾的含液量检测结果符合《卫生湿巾卫生要求》(WS 575-2017) 5.2 的规定。

——以下空白——



千一测试评价

签发人:

最终审核日期:

2021年04月02日

检验检测专用章

盖章处



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

检验检测报告

样品受理编号: D210072A

检测报告编号: J2120A00700-1

第4页/共7页

样品名称: 卫生湿巾

收样日期: 2021年01月18日

检测项目: 包装密封性

检测完成日期: 2021年01月21日

一、器材

1.样品名称: 卫生湿巾; 批号: 20201216。

2.仪器名称: 密封性测试仪 MFY-02。

二、方法

1.方法依据《湿巾》GB/T 27728-2011 附录 A。

2.检测依据中没有包括或需要特殊说明可能影响检测结果的问题。

三、结果

检测指标	实测值	结果	标准
包装密封性	包装无泄漏、无漏气、无破损 包装无泄漏、无漏气、无破损 包装无泄漏、无漏气、无破损	合格	包装应密封, 不应有漏液、漏气和破损

四、结论

卫生湿巾包装密封性符合《卫生湿巾卫生要求》WS 575-2017 5.6 的规定。

——以下空白——

千一测评
Qianyi Testing and Evaluation



签发人:

检验检测专用章

盖章处

最终审核日期:

2021年 04月 02日





7060014E010

辽宁千一测试评价科技发展有限公司

检验检测报告

样品受理编号: D210072A

检测报告编号: J2120A00700-1

第 5 页/共 7 页

样品名称: 卫生湿巾

收样日期: 2021年01月18日

检测项目: 去污力

检测完成日期: 2021年01月21日

一、器材

1. 样品名称: 卫生湿巾; 批号: 20201216。

2. 仪器名称: 硬表面标准摆洗机 RHBX-II、电热鼓风干燥箱、赛多利斯分析天平 SQP_Quintix224。

3. 材料: 不锈钢片 50mm*25mm*3mm。

二、方法

1. 方法依据《湿巾》GB/T 27728-2011 附录 B。

2. 检测依据中没有包括或需要特殊说明可能影响检测结果的问题。

三、结果

检测指标	实测	标准
去污力	合格	合格

四、结论

卫生湿巾的去污力检测结果符合《湿巾》GB/T 27728-2011 5 的规定。

—以下空白—

千一测评
Qianyi Testing and Evaluation

签发人:

检验检测专用章

盖章处

最终审核日期:

2021年04月02日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



17060014E010

辽宁千一测试评价科技发展有限公司

检验检测报告

样品受理编号: D210072A

检测报告编号: J2120A00700-1

第 6 页/共 7 页

样品名称: 卫生湿巾

收样日期: 2021 年 01 月 18 日

检测项目: pH

检测完成日期: 2021 年 01 月 21 日

一、器材

1. 样品名称: 卫生湿巾; 批号: 20201216。
2. 仪器名称: 酸度计 PH200; 玻璃复合电极。
3. 试剂名称: 成套 pH 缓冲剂 (72003069) 批号: 20200103
邻苯二甲酸氢钾标准缓冲液 (pH4.00, 20°C);
磷酸盐标准缓冲液 (pH6.88, 20°C);
硼砂标准缓冲液 (pH9.23, 20°C)。

二、方法

1. 检测依据《消毒技术规范》2002 年版 2.2.1.4。
2. 检测依据中没有包括或需要特殊说明可能影响检测结果的问题。

三、结果

检测指标	pH 值	平均值
pH	4.04	4.06
	4.07	
——以下空白——		

Qianyi Testing and Evaluation



签发人:

最终审核日期:

2021 年 04 月 02 日

检验检测专用章

盖章处



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



17060014E010

辽宁千一测试评价科技发展有限公司

检验检测报告

样品受理编号: D210072A

检测报告编号: J2120A00700-1

第 7 页/共 7 页

样品名称: 卫生湿巾

收样日期: 2021 年 01 月 18 日

检测项目: 金属腐蚀性

检测完成日期: 2021 年 01 月 29 日

一、器材

1. 样品名称: 卫生湿巾; 批号: 20201216。
2. 赛多利斯 SQP_Quintix224 型分析电子天平。
3. 碳钢、铜、铝、不锈钢金属片。

二、方法

1. 方法依据《消毒技术规范》2002 年版 2.2.4。
2. 检测依据中没有包括或需要特殊说明可能影响检测结果的问题。

三、结果

金属种类	腐蚀率 (mm/a)	平均腐蚀率 (mm/a)	级别
碳钢	0.0032	0.0058	基本无腐蚀
	0.0095		
	0.0048		
铜	0.0084	0.0093	基本无腐蚀
	0.0098		
	0.0098		
铝	0.0046	0.0061	基本无腐蚀
	0.0046		
	0.0098		
不锈钢	0.0000	0.0000	基本无腐蚀
	0.0000		
	0.0000		

四、结论

卫生湿巾的金属腐蚀性检测结果符合《卫生湿巾卫生要求》WS 575-2017 5.7 的规定。

——以下空白

签发人:

最终审核日期:

2021 年 04 月 02 日

检验检测专用章

盖章处



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

辽宁千一测试评价科技发展有限公司

检验检测报告



报告编号

J2320A00090

品名称

卫生湿巾

检单位

美信药业(辽宁)有限公司

2023 年 01 月 19 日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

检验检测报告

样品受理编号: D230009A

检测报告编号: J2320A00090

第 1 页/共 2 页

样品名称:	卫生湿巾	样品数量:	2袋
送检单位:	美信药业(辽宁)有限公司	样品性状:	片状
生产单位:	美信药业(辽宁)有限公司	生产日期:	2022.12.06
样品批号:	20221206	接样日期:	2023年01月16日
样品规格或型号:	80片/袋; 袋装、盒装、瓶装、桶装。	检测完成日期:	2023年01月17日
检测项目:	苯扎氯铵含量		

声明预生产规格: 10片、20片、30片、40片、50片、60片、70片、80片、90片、100片等、根据客户需求定制。

一、检测依据:

苯扎氯铵含量: GB/T 5174-2018 《表面活性剂 洗涤剂 阳离子活性物含量的测定 直接两相滴定法》。

二、判定依据:

苯扎氯铵含量: WS 575-2017 《卫生湿巾卫生要求》。

三、检测结论:

卫生湿巾的苯扎氯铵含量检测结果为 0.3g/L (0.03%), 符合 WS 575-2017 《卫生湿巾卫生要求》5.3 要求。

——以下空白——

签发人:

张天尤

最终审核日期:

2023年01月19日



检验检测报告

样品受理编号: D230009A

检测报告编号: J2320A00090

第 2 页/共 2 页

样品名称: 卫生湿巾

接样日期: 2023年01月16日

检测项目: 苯扎氯铵含量

检测完成日期: 2023年01月17日

一、器材

1. 试验样品名称: 卫生湿巾; 批号: 20221206。
2. 滴定管: 酸式滴定管 (5 mL 0.02mL 分度)。
3. 滴定液: 月桂基硫酸钠标准滴定液 (0.00357mol/L)。

二、方法

1. 方法依据: GB/T 5174-2018 《表面活性剂 洗涤剂 阳离子活性物含量的测定 直接两相滴定法》。
2. 检测依据中没有包括或需要特殊说明可能影响检测结果的问题。

三、结果

检测项目	检测值	平均值	限值
苯扎氯铵含量	0.3g/L (0.03%)	0.3g/L (0.03%)	≤5g/L (0.5%)
	0.3g/L (0.03%)		

四、结论

卫生湿巾的苯扎氯铵含量检测结果为 0.3g/L (0.03%), 符合 WS-575-2017 《卫生湿巾卫生要求》5.3 要求。

——以下空白——

签发人:

张天龙

最终审核日期:

2023 年 01 月 19 日





17060014E010

正本

辽宁千一测试评价科技发展有限公司

检验检测报告



报告编号 J2220A02290

样品名称 卫生湿巾

送检单位 美信药业（辽宁）有限公司



2022年08月03日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



辽宁千一测试评价科技发展有限公司

17060014E010

检验检测报告

样品受理编号: D220309A

检测报告编号: J2220A02290

第 1 页/共 2 页

样品名称:	卫生湿巾	样品数量:	2 袋
送检单位:	美信药业(辽宁)有限公司	样品性状:	片状
生产单位:	美信药业(辽宁)有限公司	生产日期:	2022.06.22
批号:	2020622	接样日期:	2022 年 07 月 25 日
样品规格或型号:	80 片/袋; 袋装、桶装、盒装、瓶装	检测完成日期:	2022 年 07 月 28 日
检测项目:	乙醇含量测定		

声明预生产规格: 10 片、20 片、22 片、26 片、30 片、32 片、40 片、50 片、60 片、80 片、100 片、120 片根据客户需求定制。

一、检测依据:

1.乙醇含量: GB/T 26373-2020 附录 A.1。

二、检测结论:

1.乙醇:

卫生湿巾的乙醇含量检测结果为 6.4%。



签发人:

张天龙

最终审核日期:

2022 年 08 月 13 日



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

检验检测报告

样品受理编号: D220309A

检测报告编号: J2220A02290

第 2 页/共 2 页

样品名称: 卫生湿巾

接样日期: 2022 年 07 月 25 日

检测项目: 乙醇含量检测

检测完成日期: 2022 年 07 月 28 日

一、器材

1. 试验样品名称: 卫生湿巾; 批号: 2020622。
2. 仪器名称/型号/编号: 高效气相色谱仪/Agilent 7890B/L-311;
3. 标准品: 乙醇 (色谱纯 R1f1841); 有效期: 11/20/2022

二、方法

1. 方法依据 GB/T 26367-2020 胍类消毒剂卫生要求 附录 A.1。
2. 检测依据中没有包括或需要特殊说明可能影响检测结果的问题。

三、结果

检测项目	检测值 (%)	平均值 (%)
乙醇含量	6.6	6.4
	6.3	

四、结论

卫生湿巾的乙醇含量检测结果为 6.4%。

以下空白

签发人:

张天龙

最终审核日期:

2022 年 08 月 03 日

检验检测专用章

盖章处

检验检测专用章




CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

辽宁千一测试评价科技发展有限公司

检验检测报告



千一测评

Qianyi Testing and Evaluation

报告编号

J2120A02680-1

样品名称

卫生湿巾

送检单位

美信药业（辽宁）有限公司

2021年04月02日



检验检测报告

样品受理编号: D210072A-1

检测报告编号: J2120A02680-1

第 1 页/共 4 页

样品名称:	卫生湿巾	样品数量:	2 包
送检单位:	美信药业(辽宁)有限公司	样品性状:	片状
生产单位:	美信药业(辽宁)有限公司	接样日期:	2021 年 03 月 02 日
生产日期或批号:	20201216	检测完成日期:	2021 年 03 月 08 日
样品规格或型号:	80PCS; 袋装		
检测项目:	铅、汞、砷含量		

声明预生产规格: 10 片、20 片、22 片、26 片、30 片、32 片、40 片、50 片、60 片、80 片、100 片、120 片。

检测依据: 《化妆品安全技术规范》2015 年版 第四章

评价依据: 《化妆品安全技术规范》2015 年版

检测结论:

1. 铅含量

卫生湿巾的铅含量检测结果符合《化妆品安全技术规范》2015 年版的規定。

2. 汞含量

卫生湿巾的汞含量检测结果符合《化妆品安全技术规范》2015 年版的規定。

3. 砷含量

卫生湿巾的砷含量检测结果符合《化妆品安全技术规范》2015 年版的規定。



以下空白

签发人:

丁月分

最终审核日期:

2021 年 04 月 02 日

检验检测专用章

盖章处



检验检测报告

样品受理编号: D210072A-1

检测报告编号: J2120A02680-1

第 2 页/共 4 页

样品名称: 卫生湿巾

收样日期: 2021 年 03 月 02 日

检测项目: 铅含量

检测完成日期: 2021 年 03 月 08 日

一、器材

1.样品名称: 卫生湿巾; 批号: 20201216

2.仪器名称: AA-7020 原子吸收分光光度计

3.标准品: 铅国家标准样品 (GSB 04-1742-2004), 质量浓度 1000 $\mu\text{g/mL}$ 。

二、方法

1.方法依据《化妆品安全技术规范》2015 年版 第四章。

2.检测依据中没有包括或需要特殊说明可能影响检测结果的问题。

三、结果

检测指标	限值	检测值
铅	10mg/kg	<检出限 (检出限 1.5 mg/kg)

四、结论

卫生湿巾的铅含量检测结果符合《化妆品安全技术规范》2015 年版的规定。

以下空白



签发人:

↓ 2021年04月02日

最终审核日期:

2021年 04 月 02 日

检验检测专用章

盖章处





17060014E010

辽宁千一测试评价科技发展有限公司

检验检测报告

样品受理编号: D210072A-1

检测报告编号: J2120A02680-1

第3页/共4页

样品名称: 卫生湿巾

收样日期: 2021年02月26日

检测项目: 汞含量

检测完成日期: 2021年03月02日

一、器材

1. 样品名称: 卫生湿巾; 批号: 20201216

2. 仪器名称: AF-7550 双道氢化物-原子荧光光度计

3. 标准品: 汞国家标准样品 (GSB 04-1729-2004), 质量浓度 1000 $\mu\text{g/mL}$ 。

二、方法

1. 方法依据《化妆品安全技术规范》2015年版 第四章。


2. 检测依据中没有包括或需要特殊说明可能影响检测结果的问题。

三、结果

检测指标	限值	检测值
汞	1 mg/kg	<检出限 (检出限 0.002 mg/kg)

四、结论

卫生湿巾的汞含量检测结果符合《化妆品安全技术规范》2015年版的规定。

千一测试评价
Qianyi Test & Evaluation

签发人:

丁明华

检验检测专用章

最终审核日期:

2021年04月02日

盖章处



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

检验检测报告

样品受理编号: D210072A-1

检测报告编号: J2120A02680-1

第 4 页/共 4 页

样品名称: 卫生湿巾

收样日期: 2021年02月26日

检测项目: 砷含量

检测完成日期: 2021年03月02日

一、器材

1.样品名称: 卫生湿巾; 批号: 20201216

2.仪器名称: AF-7550 双道氢化物-原子荧光光度计

3.标准品: 砷国家标准样品 (GSB 04-1714-2004), 质量浓度 1000 $\mu\text{g/mL}$ 。

二、方法

1.方法依据《化妆品安全技术规范》2015年版 第四章。

2.检测依据中没有包括或需要特殊说明可能影响检测结果的问题。

三、结果

检测指标	限值	检测值
砷	2 mg/kg	<检出限 (检出限 0.01mg/kg)

四、结论

卫生湿巾的砷含量检测结果符合《化妆品安全技术规范》2015年版的规定。

千一测评
Qianyi Testing and Evaluation



签发人:

王明

检验检测专用章

最终审核日期:

2021年04月02日

盖章处



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App