

江苏南方卫材医药股份有限公司

成品检验报告单

报告单编号	COA-24080308	批 量	300 件
检品名称	创口贴（轻巧型）	请检部门	制造车间
检品批号	WNHA2464	规格	70mm×20mm
包装规格	20 片/盒×400 盒/件	检验日期	2024 年 08 月 03 日
检验依据	SOP-QP025-626	报告日期	2024 年 08 月 03 日

检验项目

标准规定

检验结果

【外观】

- 1.创口贴表面应洁净，无杂质。符合规定
- 2.吸收性敷垫应与涂胶基材连接紧密，且位置居中，切边整齐，无斜角；符合规定
- 3.涂胶基材胶面应平整，不应渗胶；边缘整齐，无毛边，边角光滑、规则；无拐角。符合规定

【尺寸】

应符合相应产品的尺寸要求。

组件 名称	长 (mm)		宽 (mm)		备注	检验结果
	基本尺寸	允差	基本尺寸	允差		
涂胶基材	70	±3	20	±3	圆角型	70mm×20mm
吸收性敷垫	23		15		岛型	23mm×15mm
防粘纸	折边 2.5~5.5		20	±2	底纸折边	20mm
冷封纸	折边 3.0~6.0		31	±1	封边≥3.0mm	31mm
要求吸收性敷垫位置居中， A1-A2 ≤2mm， B1-B2 ≤2mm						符合规定

【剥离强度】应不小于 1.0N/cm。

5.5N/cm

【持粘性】应不大于 2.5mm。

0mm

【包装质量】

- 1 包装装量准确，无空片、残片、接头、异物等质量问题产品。
- 2 内、外包装批号、生产日期、有效期一致且清晰无误。

【结论】本品按 SOP-QP025-626 标准检验，结果符合规定。

报告人：刘利

复核人：

批准人：李俊

