

成品检验报告

检验报告编号: J2024112301

产品名称	医用护理垫	型号规格	异型 超薄型 150mm×290mm
生产批号	20241123	生产日期	2024 年 11 月 23 日
批量	240 片	检验日期	2024 年 11 月 23 日
检验依据	产品技术要求《医用护理垫》		

检验内容				
序号	检验项目	技术要求	检验结果	判断
1	外观	医用护理垫应清洁干净，防漏层塑料膜完好，无硬质块，整体无破损，手感柔软，复合牢固。	符合要求	符合
2	规格	150mm×290mm。允差±10%	152mm×291mm。	符合
3	气味	产品本身无刺激性气味	符合要求	符合
4	吸水率	医用护理垫的吸水率不得少于自身重量的 5 倍	4.3 倍	符合
5	防渗透性能	加水后塑料面应无水渗出	无水渗出	符合

检验结果: 按医用护理垫产品技术要求检验合格。

检验: 张翠梅

复核: 张翠梅

