

检验报告

编号： 20241128-3

产品名称	医用胶带	型号	橡皮膏型	规格	2.5 cm×200 cm
生产批号	20241101	生产日期	2024 年 11 月 28 日	报告日期	2024 年 11 月 30 日
检测项目	检测要求			抽样量	Ac/Re 检测结果
外观	整洁，无杂质，污渍。			8	0/1 合格
尺寸	医用胶带依据临床使用的要求可有不同的尺寸规格，在产品包装上应注明尺寸规格。医用胶带的尺寸与标示值的允差为±5%。			8	0/1 合格
剥离强度	剥离强度不低于 1.0N/cm			8	0/1 合格
持粘性	持粘性顶端下滑不大于 2.5mm			8	0/1 合格
水蒸气透过性	若医用胶带明示透水蒸气，则每 24 小时水蒸气渗透应不小于 500g/m ² 。			8	0/1 合格
弹性	若医用胶带明示具有“弹力”或“弹性”，恢复长度应不大于全伸展长度的 80%。			8	0/1 合格
检测结论	按照《医用胶带技术要求》检测合格				

检验人：吕一宁

复核人：李集



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App