

山东华夏时代生物工程有限公司

成品检验报告

检验报告编号: J20241203101

产品名称	医用护理垫	型号规格	异型 超薄型 150mm×245mm	
生产批号	20241203	生产日期	2024 年 12 月 03 日	
批量	240 片	检验日期	2024 年 12 月 03 日	
检验依据	产品技术要求《医用护理垫》			
检验内容				
序号	检验项目	技术要求	检验结果	判断
1	外观	医用护理垫应清洁干净，防漏层塑料膜完好，无硬质块，整体无破损，手感柔软，复合牢固。	符合要求	符合
2	规格	150mm×245mm。允差±10%	152mm×246mm。	符合
3	气味	产品本身无刺激性气味	符合要求	符合
4	吸水率	医用护理垫的吸水率不得少于自身重量的 5 倍	4.3 倍	符合
5	防渗透性能	加水后塑料面应无水渗出	无水渗出	符合
检验结果：按医用护理垫产品技术要求检验合格。				

检验：张翠梅

复核：张翠梅

