

青島貝塔工貿有限公司

檢驗報告

編號：20240910-2

產品名稱	医用膠帶	型號	无纺布型	規格	1.25 cm×500 cm
生產批號	20240910	生產日期	2024 年 09 月 10 日	報告日期	2024 年 09 月 12 日
檢測項目	檢測要求			抽樣量	Ac/Re 檢測結果
外觀	整潔，無雜質，污漬。			8	0/1 合格
尺寸	医用膠帶依據臨床使用的要求可有不同的尺寸規格，在产品包裝上應注明尺寸規格。医用膠帶的尺寸与標示值的允差為±5%。			8	0/1 合格
剝離強度	剝離強度不低于 1.0N/cm			8	0/1 合格
持粘性	持粘性頂端下滑不大于 2.5mm			8	0/1 合格
水蒸气透過性	若医用膠帶明示透蒸汽，則每 24 小时水蒸气渗透应不小于 500g/m2。			8	0/1 合格
彈性	若医用膠帶明示具有“彈力”或“彈性”，恢復長度应不大于全伸展長度的 80%。			8	0/1 合格
檢測結論	按照《医用膠帶技術要求》檢測合格				

檢驗人：呂一寧

復核人：李集

