

江西一志健康产业有限公司
成品检验报告

报告编号: CP20241001-01

品 名		牙齿脱敏凝胶	检验数量	8 支
产品规格		120g/支	有效期	2 年
批 号		20241001	生产日期	20241007
检验日期		2024.10.07	报告日期	2024.10.14
检验依据		牙齿脱敏凝胶产品技术要求		
检验项目		标准规定	检验结果	单项结论
性状		类白色粘稠状胶体, 色泽均匀, 无肉眼可见明显异物	符合要求	符合规定
装量	平均装量不少于标示装量(120g)		120.88g	符合规定
	每个容器装量不少于标示装量的 97% 应≥97g		符合要求	符合规定
粒度		不得检出大于 180μm 的粒子	未检出	符合规定
酸碱度		应在 5.5-7.5 之间	6.8	符合规定
重金属 (以铅计)		不得过百万分之一	符合要求	符合规定
砷含量		应不大于 5mg/kg	符合要求	符合规定
成膜性		取本品 1g, 均匀涂抹于洁净的不锈钢平板上, 用吹风机吹干, 观察成膜状态。	在明显膜状	符合规定
按压性能		瓶内牙齿脱敏凝胶应连续均匀流出, 不堵塞, 连续均匀流出, 不堵塞	瓶内牙齿脱敏凝胶应连续均匀流出, 不堵塞, 连续均匀流出, 不堵塞	符合规定
微生物限度	需氧菌总数	应不超过 100cfu/g	< 10cfu/g	符合规定
	霉菌和酵母菌总数	应不超过 10cfu/g	< 10cfu/g	
	金黄色葡萄球菌	不得检出	未检出	
	铜绿假单胞菌	不得检出	未检出	
	大肠埃希菌	不得检出	未检出	
包装要求		塑料瓶包装, 盖帽与管口吻合严密, 应无管体破损, 无凝胶渗漏	塑料瓶包装, 盖帽与管口吻合严密, 无管体破损, 无凝胶渗漏	符合规定

检验结论: 本品按企业产品: 牙齿脱敏凝胶《技术要求》检验上述项目, 结果符合规定。

质量负责人: 朱小燕 检验人: 毛芸婷 复核人: 郑佳佳

