

成品检验报告

报告编号：2024010

产品名称	热敷贴	批号	20241015
规格型号	IV型	生产日期	2024. 10. 15
抽检数量	90 个	有效期至	2026. 10. 14
包装	袋装	检验日期	2024. 10. 16-10. 17
检验依据	夏邑县久之康医疗器械有限公司《热敷贴成品检验规程》		
检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
外观	热敷贴的外袋应整齐，不允许破裂； 内袋应无破损；外袋封口应无夹内 袋现象；外袋标志应印刷清晰。	符合要求	合格
规格尺寸	长：130mm 宽：100mm， 允差±10mm	长：132mm 宽：102mm	合格
外袋密封 性	热敷贴包装后沉入水中，减压至 21.33kPa，保持 1min，不允许有气 泡连续产生。	符合要求	合格
内袋抗跌	内袋置于 1.5 米高处，使其自由落 下地面上 10 次，不得开裂。	符合要求	合格
内袋强度	横向、纵向在 50N 拉力下，不准许 出现破损。	符合要求	合格
温度特性	升温时间：≤10min	最大：5min	合格
	温度保证时间：≥持续时间的 40%	最小：持续 时间的 81%	合格
	持续时间：≥8h	最小：10h	合格
	最高温度：≤55℃	最大：52℃	合格
粘贴性能	在温度特性测试试验后不得有脱落 现象	符合要求	合格
检验结论：被检样品符合夏邑县久之康医疗器械有限公司《热敷贴成品检验规程》 的要求			

报告批准：穆甜

报告审核：雍磊

检 验：张振坡

成品检验报告

报告编号：2024011

产品名称	热敷贴	批号	20241125
规格型号	IV型	生产日期	2024. 11. 25
抽检数量	90 个	有效期至	2026. 11. 24
包装	袋装	检验日期	2024. 11. 26-11. 27
检验依据	夏邑县久之康医疗器械有限公司《热敷贴成品检验规程》		
检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
外观	热敷贴的外袋应整齐，不允许破裂；内袋应无破损；外袋封口应无夹内袋现象；外袋标志应印刷清晰。	符合要求	合格
规格尺寸	长：130mm 宽：100mm， 允差±10mm	长：132mm 宽：102mm	合格
外袋密封性	热敷贴包装后沉入水中，减压至21.33kPa，保持 1min，不允许有气泡连续产生。	符合要求	合格
内袋抗跌	内袋置于 1.5 米高处，使其自由落下地面上 10 次，不得开裂。	符合要求	合格
内袋强度	横向、纵向在 50N 拉力下，不准许出现破损。	符合要求	合格
温度特性	升温时间：≤10min	最大：5min	合格
	温度保证时间：大于持续时间的 40%	最小：持续时间的 81%	合格
	持续时间：≥8h	最小：10h	合格
	最高温度：≤55℃	最大：52℃	合格
粘贴性能	在温度特性测试试验后不得有脱落现象	符合要求	合格
检验结论：被检样品符合夏邑县久之康医疗器械有限公司《热敷贴成品检验规程》的要求			

报告批准：穆甜

报告审核：雍磊

