

湖北美高乐医疗用品有限公司
成品检测报告

产品名称		清洗液	型号/规格	250ml	
品牌		霖恩	订单编号	20241214	
产品批号		20241224	产品数量	800 箱/28800 瓶	
抽样数量		40 箱/40 瓶	检验日期	2024/12/25	
检测依据		《清洗液产品技术要求》			
序号	项目	标准要求	检验结果	单项结论	
1	外观	应为色泽均匀、透明的液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求	合格	
2	装量	250mL±5%	250.1mL	合格	
3	pH 值	产品 pH 值应为 5.5～8.5。	6.1	合格	
4	氯化钠含量	产品氯化钠含量为 0.9%，允差±0.1%。	0.91%	合格	
5	批间差	pH 的批间差 Δ pH 应不大于 0.60。	0.45	合格	
结论		经检验，产品各项指标均符合《清洗液产品技术要求》，产品合格。			
备注					

检验人/时间：2024.12.25

彭丽娜



复核人/时间：2024.12.25

叶露

