

海氏海诺健康科技股份有限公司

医用碘伏消毒棉球成品检验报告书

序号：202411015

规格型号	30 粒/瓶	生产批号	241115
生产日期	2024 年 11 月 15 日	失效日期	2026 年 11 月 15 日
收样日期	2024 年 11 月 16 日	报告日期	2024 年 11 月 16 日
生产单位	海氏海诺健康科技股份有限公司		
检验依据	鲁械注准 20172140782		
检验项目	技术要求		检验结论
外观	外观为红棕色、色泽均匀，无异物。		合格
包装数量	包装数量允差为±10%。		合格
饱和比	医用碘伏消毒棉球饱和比应大于 3。		合格
有效碘含量范围	碘伏溶液含有效碘质量浓度为 0.2%~0.9%		合格
pH 值	碘伏溶液的 pH 值应在 2.0~4.0。		合格
结论	合格 (盖章)		

检验人：任娟慧

复核人：郑潇华

