

海氏海诺健康科技股份有限公司

创可贴成品检验报告书

序号：202502010

规格型号	防水型 72mm × 22mm	生产批号	250210
生产日期	2025 年 02 月 10 日	失效日期	2028 年 02 月 10 日
收样日期	2025 年 02 月 12 日	报告日期	2025 年 02 月 26 日
生产单位	海氏海诺健康科技股份有限公司		
检验依据	鲁械注准 20182140457		
检验项目	技术要求		检验结论
外观	表面应平整、无污渍、无异物，各组成部分不应有脱离或部分脱离现象。		合格
尺寸	创可贴的长度和宽度应符合标称的要求，允差为±10%。吸水垫应位于创可贴中心，吸水垫两个相对胶贴边的宽度之差应不大于 4mm。吸水垫的长度与宽度应符合要求，允差为±3mm。		合格
剥离强度	胶贴的剥离强度≥1.0N/cm。		合格
持粘性	胶贴的下滑距离≤2.5mm。		合格
液体吸收量	创可贴每 100cm ² 吸水垫的液体吸收量应不小于 5g。		合格
酸碱度	按附录 A.2 试验时，不应有溶液显粉红色。		合格
环氧乙烷残留量	环氧乙烷残留量应不超过 10ug/g。		合格
无菌	创可贴应无菌。		合格
结论	合格		合格

检验人：任娟慧

复核人：郑潇华

