

海氏海诺健康科技股份有限公司

创口贴成品检验报告书

序号: 202411026

规格型号	经济无纺布型 70mm×18mm	生产批号	241126
生产日期	2024 年 11 月 26 日	失效日期	2027 年 11 月 26 日
收样日期	2024 年 11 月 27 日	报告日期	2024 年 12 月 04 日
生产单位	海氏海诺健康科技股份有限公司		
检验依据	鲁青械备 20140025 号		
检验项目	技术要求		检验结论
外观	表面应平整，无污渍、无异物，各组成成分不应有脱离或部分脱离现象。		合格
尺寸	创口贴尺寸应符合产品规格尺寸要求，尺寸允差为标称值的±10%。		合格
剥离强度	背贴的剥离强度≥1N/cm。		合格
持粘性	背贴的持粘性≤2.5mm。		合格
液体吸收量	创口贴每 100 cm ² 吸水垫的液体吸收量应不小于 5g。		合格
微生物限度	细菌菌落总数≤200cfu/g,真菌菌落总数≤100cfu/g, 大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌不得检出		合格
结论	合格 (盖章) 检验专用章 (1) 3702850688382 33020510146360 宁波亿诺健康科技股份有限公司 复核人: 郑潇华		

检验人: 任娟慧

