

海氏海诺健康科技股份有限公司

医用酒精消毒棉片成品检验报告书

序号: 202501020

规格型号	6cm×6cm	生产批号	250120
生产日期	2025 年 01 月 20 日	失效日期	2027 年 01 月 20 日
收样日期	2025 年 01 月 21 日	报告日期	2025 年 01 月 21 日
生产单位	海氏海诺健康科技股份有限公司		
检验依据	鲁械注准 20172140675		
检验项目	技术要求	检验结论	
外观	棉片应厚薄均匀, 无破损等缺陷	合格	
尺寸	产品规格尺寸允差为±10%。	合格	
饱和比	棉片饱和比应大于 2。	合格	
消毒剂浓度	棉片中医用酒精浓度为 70%~80%(体积分数)	合格	
结论	<div>合格 (盖章) 检验专用章 (1) 3702850688362</div> <div>宁波亿宁研 33020510146360</div>		

检验人: 任娟慧

复核人: 郑潇华

