

海氏海诺健康科技股份有限公司

脱脂棉球成品检验报告书

序号：202503019

规格型号	0.2g , 50g / 袋	生产批号	250319
生产日期	2025 年 03 月 19 日	失效日期	2028 年 03 月 19 日
收样日期	2025 年 03 月 20 日	报告日期	2025 年 03 月 20 日
生产单位	海氏海诺健康科技股份有限公司		
检验依据	鲁青械备 20140033 号		
检验项目	技术要求	检验结论	
性状	脱脂棉球成型大小应均匀。 目视观测，外观应为白色或类白色，由平均长度不少于 10mm 的纤维组成，无叶片、果皮、种皮残留或其他物质。	合格	
规格重量	脱脂棉球规格重量应符合产品规格要求，重量允差为±20%。	合格	
下沉时间	下沉时间应不超过 10s。	合格	
吸水量	每克脱脂棉球的吸水量应不少于 20.0g。	合格	
荧光物	紫外灯光下观察脱脂棉球只允许显微棕紫色荧光和少数黄色颗粒，除少数分离纤维外，不应显强蓝光荧光。	合格	
结论	合格 (盖章)		

检验人：任娟慧

复核人：郑潇华

