

海氏海诺健康科技股份有限公司

外科纱布敷料成品检验报告书

序号: 202503005

规格型号	纱布块 8.0cm×10.0cm-8P	生产批号	250305
生产日期	2025 年 03 月 05 日	失效日期	2027 年 03 月 05 日
收样日期	2025 年 03 月 07 日	报告日期	2025 年 03 月 21 日
生产单位	海氏海诺健康科技股份有限公司		
检验依据	鲁械注准 20182140101		
检验项目	技术要求		检验结论
外观	纱布应无臭、无味、无杂质。		合格
尺寸	尺寸应符合产品规格尺寸要求, 尺寸允差为±5%。		合格
纱布原料	应符合 YY0331-2006 要求, 其中, 纱线数类型属于 21c。		合格
折叠与缝制	外科纱布敷料的折叠或缝制方式, 应使纱布的切割边不外露。		合格
环氧乙烷残留量	环氧乙烷残留量应不超过 10 μg/g。		合格
无菌	纱布敷料应无菌。		合格
结论	合格 (盖章)		

检验人: 任娟慧

复核人: 郑潇华

