

中拓河北乳胶科技发展有限公司
天然橡胶胶乳男用避孕套检验报告

NO:

编号: ZTRJ-QR-ZG-02-10-1

商标		欧蕾斯		规格	Φ (52±2) mm			
本批数量		5 万		抽样数量	630			
抽样日期		2025 年 3 月 21 日		抽样人	李秋燕			
批 号		25031602		型号	光面型			
检验依据		GB/T7544-2019		检验项目	全项			
检 验 项 目		技 术 要 求		检 验 结 果			单 项 判 定	
		性 能	检查 水平	AQL	性能	试验 个数		不合 格数
爆破体积		≥18.0dm³	一般 检查 水平 I	1.5 [10, 11]	19.5-46.0	315	0	合格
爆破压力		≥1.0KPa			1.05-2.00		0	合格
尺 寸	长度	≥170mm	13 个	均 须 符 合	均符合	13	0	合格
	宽度	(52±2)			均符合		0	合格
针孔		漏水 试验	一般检查 水平 I	0.25 [2, 3]	-----	315	1	合格
可见缺陷		肉眼 检查	一般检查 水平 I	0.40 [3, 4]	-----		0	合格
包装完整性		(20±5) KPa × 1min	一般检查 水平 I	2.5 [2, 3]	-----	32	0	合格
包装与标识		符合 要求	13 个消费 包装和 13 个单个包 装	均须 符合	-----	13	0	合格
					齐全	13		合格
结论：依据 GB7544 《天然橡胶胶乳男用避孕套技术要求和试验方法》 检验，结果合格								
2025 年 3 月 26 日								

2025 年 3 月 26 日

检验员: 许素宁

复核人: 李秋燕

审核人: 苏小芳

