

A239

海氏海诺健康科技股份有限公司

纱布绷带成品检验报告书

序号：202502020

规格型号	6cm×6m	生产批号	250220
生产日期	2025 年 02 月 20 日	失效日期	2028 年 02 月 20 日
收样日期	2025 年 02 月 21 日	报告日期	2025 年 02 月 22 日
生产单位	海氏海诺健康科技股份有限公司		
检验依据	鲁青械备 20150027 号		
检验项目	技术要求		检验结论
性状	纱布绷带外观应整齐、平整、表面应洁净，无油污、异味、黄斑、破损及异物。		合格
尺寸	纱布绷带尺寸应符合产品规格要求。		合格
荧光物	紫外灯光下观察纱布绷带不得显示强蓝色荧光。		合格
纵向断裂强力	纵向断裂强力应不小于 20N。		合格
断经根数	断经根数≤5 根/m。		合格
结论	合格 (盖章) 检验专用章 (1) 3702850688382		

检验人：任娟慧

复核人：郑潇华

