

# 海氏海诺健康科技股份有限公司

## 医用酒精消毒棉球成品检验报告书

序号: 202411016

|        |                                 |      |                  |
|--------|---------------------------------|------|------------------|
| 规格型号   | 25 粒/瓶                          | 生产批号 | 241116           |
| 生产日期   | 2024 年 11 月 16 日                | 失效日期 | 2026 年 11 月 16 日 |
| 收样日期   | 2024 年 11 月 17 日                | 报告日期 | 2024 年 11 月 17 日 |
| 生产单位   | 海氏海诺健康科技股份有限公司                  |      |                  |
| 检验依据   | 鲁械注准 20172140783                |      |                  |
| 检验项目   | 技术要求                            |      | 检验结论             |
| 外观     | 医用酒精消毒棉球为白色，色泽均匀，无异物。           |      | 合格               |
| 包装数量   | 包装数量允差为±10%。                    |      | 合格               |
| 饱和比    | 医用酒精消毒棉球饱和比应大于 3。               |      | 合格               |
| pH 值   | 医用酒精溶液的 pH 值应 6.0~8.0。          |      | 合格               |
| 有效成分含量 | 医用酒精消毒棉球中乙醇的浓度为 70%~80% (体积分数)。 |      | 合格               |
| 结论     | 合格 检(盖章)用章 (1)                  |      |                  |

检验人: 任娟慧

复核人: 郑潇华

检验专用章 (3)

