

青島千江生物工程有限公司

检 验 报 告 书

INSPECTION REPORT

报告编号：A1

产品名称	穴位压力刺激贴	产品型号	圆型
生产日期	20250102	生产批号	20250102
抽样数量	30	抽样基数	200
检测依据	产品技术要求	报告日期	20250102
检测项目	检 测 要 求		检 测 结 果
外观	粘贴胶外观应光滑、色泽均匀、无明显机械杂质、边沿整齐。无纺布基材和覆盖的保护膜应裁切整齐。		合格
PH 值	4.0~8.5		6.5/6.3/7.1/7.4/7.6
粘附力	对人体皮肤的粘附力 8 小时不脱落		无脱落
残留物	应无弹性粘附物质		合格
包装密封性	水中挤压无气泡溢出		合格
检测结论	符合标准规定要求		

检验人：李香红

复核人：贾占涛

