

江苏南方卫材医药股份有限公司
成品检验报告单

报告单编号	COA-24092501	批 量	300 件
检品名称	创口贴（透明防水型）	请检部门	制造车间
检品批号	WNHG2439	规 格	63mm×25mm
包装规格	10 片/盒×400 盒/件	收检日期	2024 年 09 月 25 日
检验依据	SOP-QP025-626	报告日期	2024 年 09 月 25 日

检验项目 标准规定 检验结果

【外观】

1. 创口贴表面应洁净，无杂质。 符合规定
2. 吸收性敷垫应与涂胶基材连接紧密，且位置居中，切边整齐，无斜角； 符合规定
3. 涂胶基材胶面应平整，不应渗胶，边缘整齐，无毛边，边角光滑，规则；无拐角。 符合规定

【尺寸】

应符合相应产品的尺寸要求（63mm×25mm）。

组件 名称	长 (mm)		宽 (mm)		备注	检验结果
	基本尺寸	允差	基本尺寸	允差		
涂胶基材	63	±3	25	±3	椭圆	63mm×25mm
吸收性敷垫	28		12		岛型	28mm×12mm
防粘纸	折边 2.5~5.5		25	±2	底纸折边	25mm
冷封纸	折边 3.0~6.0		38	±1	封边≥3.0mm	38mm
要求吸收性敷垫位置居中， $ A_1-A_2 \leq 2\text{mm}$ ， $ B_1-B_2 \leq 2\text{mm}$						符合规定

【剥离强度】

应不小于 1.0N/cm。 5.7N/cm

【持粘性】

应不大于 2.5mm。 0mm

【阻水性】

应具有承受 500mm 静水压 300 秒的能力。 符合规定

【包装质量】

- 1 包装装量准确，无空片、残片、异物、变质等问题产品。
- 2 内、外包装批号、生产日期、有效期一致且清晰可见，正确无误。

【结论】本品按 SOP-QP025-626 标准项目进行检验，结果符合规定。

报告人：吴明

复核人：李娜

批准人：李娜

