

湖北美高乐医疗用品有限公司
成品检测报告

产品名称	清洗液	型号/规格	500ml	
品牌	霖恩	订单编号	20250409	
产品批号	20250409	产品数量	385 箱/11550 瓶	
抽样数量	315 瓶	检验日期	2025/04/11	
检测依据		《清洗液产品技术要求》		
序号	项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	外观	应为色泽均匀、透明的液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求	合格
2	装量	500mL±5%	500.2mL	合格
3	pH 值	产品 pH 值应为 5.5~8.5。	6.3	合格
4	氯化钠含量	产品氯化钠含量为 0.9%，允差±0.1%。	0.91%	合格
5	批间差	pH 的批间差 Δ pH 应不大于 0.60。	0.22	合格
结论		经检验，产品各项指标均符合《清洗液产品技术要求》，产品合格。		
备注				

检验人/时间: 2025.04.11

张明



复核人/时间: 2025.04.11

叶露

