

青岛爱蓓泽医疗有限公司

检验报告

编号：20250106

产品名称	敷料镊		型号规格	不锈钢型直头型 16cm 筒装		
生产批号	20250105	生产日期	20250105	报告日期	20250106	
检测项目	检测要求			抽样量	检测结果	结果判定
外观	1、医用镊应对称、外表应光滑、不得有锋棱、毛刺、裂纹、麻点、砂眼。			8	均符合描述	合格
	2、应清晰完整，不应有缺齿、烂齿的缺陷。			8	均符合描述	合格
	3、外包装应干净、整洁、合格证应贴在相对应区域，不应歪曲，喷码应当在相应位置，不应遮盖字体，贴合格证、喷码时应保持美观。			8	均符合描述	合格
性能	医用镊的两片捏合时，唇头齿自头端向下在其全长三分之二			8	均符合描述	合格
硬度实验	大于等于 300HV _{0.5}			5	均大于 300	合格
耐腐蚀性能	在规定技术要求实验条件下无腐蚀			3	均未腐蚀	合格
检测结论	按照《组织镊技术要求》检测 <u>合格</u> 。					

检验人：王亚楠

复核人：徐超

青岛爱蓓泽医疗有限公司 品质部

