

海氏海诺健康科技股份有限公司

海氏海诺®碘伏消毒液成品检验报告书

序号: 202505016

规格型号	100ml / 瓶	生产批号	250516Y
生产日期	2025 年 05 月 16 日	失效日期	2027 年 05 月 16 日
收样日期	2025 年 05 月 17 日	报告日期	2025 年 05 月 17 日
生产单位	青岛海氏海诺英诺威消毒科技有限公司		
检验依据	Q/0285HNS 029		
检验项目	技术要求	检验结论	
外观	消毒液的外观为棕红色液体。	合格	
有效成分含量	有效碘含量 5g/L±10%	合格	
pH 值	2.0~4.0	合格	
净含量	应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定	合格	
包装密封性	包装应严密，无漏液	合格	
结论	合格		

检验人: 任娟慧

复核人: 郑潇华

