



日照三爱医疗科技有限公司

检验报告

编号：20250321

产品名称	剔挖器	型号规格	单头型 70mm 允许误差±5mm (50支装)	检测依据	《技术要求》
生产批号	20250320	生产日期	20250320	报告日期	20250321
检测项目	检测要求			检测结果	检测结论
外观	剔挖器应无锋棱、毛刺、裂纹、刃口无缺口、卷口。			符合要求	合格
耐腐蚀性 (沸水实验法)	剔挖器应有良好的耐腐蚀性。			符合要求	合格
连接牢固度	剔挖器头部与柄部连接应牢固，经拉拔试验和扭力试验后，均不应有松动现象。			符合要求	合格
检测结论	按照《剔挖器技术要求》检测合格。				

检验人： 董学琛 复核人： 李金香



日照三爱医疗科技有限公司

