

海氏海诺健康科技股份有限公司

医用冰袋成品检验报告书

序号：202506007

规格型号	HSHN-BD-II (120)g	生产批号	250607
生产日期	2025 年 06 月 07 日	失效日期	2029 年 06 月 07 日
收样日期	2025 年 06 月 08 日	报告日期	2025 年 06 月 08 日
生产单位	海氏海诺倍适威医疗用品（青岛）有限公司		
检验依据	鲁青械备 20170173 号		
检验项目	技术要求	检验结论	
外观	医用冰袋表面清洁、无破裂、泄露、异物附着。	合格	
重量	重量以电子称称量，精度 0.1g。	合格	
温度特征	I 型产品经预冷后，有效降温时间应 $\geq 60\text{min}$ ，冷冻时，冰袋最低温度不得低于 0°C 。 II 型产品从开始制冷的 40s 时，制冷温度应小于 6°C ，表面温度从开始制冷到升高到 15°C 的过程持续时间应大于 15min。	合格	
跌落试验	0.85m 高度进行平面跌落试验，连续跌落 10 次，袋体无破损，内容物无渗漏。	合格	
结论			

检验人：李巧玲

复核人：郑潇华

