

广州和济医药有限公司	文件编号	QA059B
医用无菌敷贴产品出厂检验报告	参考文件	《WI-QA080》

产品名称	苗家七草医用无菌敷贴	产品批号	HJ2025010901
型号规格	HJ-28*5	数量	16000 盒
检测依据	产品技术要求	检验日期	2025.1.11
报告日期	2025.1.25	——	——
检测项目	标准要求		检验结果 单项结论
外观	敷贴表面为白色或微黄色，洁净，无污渍。		符合 合格
规格尺寸	敷料贴规格尺寸应符合表 1 规定，误差均不超过规定值的±15%。		合格
	型号规格	尺寸	
	HJ-05	长 7.5cm×宽 4.5cm	
	HJ-25	长 30cm×宽 12cm	
		型号规格	尺寸
		HJ-28	纵径 21cm×横径 23cm
		HJ-30	纵径 20cm×横径 23.5cm
		表 1 中尺寸误差均不超过规定值的±15%	
PH 值	敷贴中溶液的 pH 值应在 5.0-7.5 范围内。		6.32 合格
重金属	敷料贴中溶液的重金属以铅计重金属总量应不大于 10μg/ml。		符合 合格
相对密度	敷料贴中溶液的相对密度应为 1.010-1.100。		1.016 合格
黏度	黏度应 1600-2500mPa·s。		2070mPa·s 合格
无菌	敷料贴灭菌后产品应无菌。		无菌 合格

检验/日期：潘丽丽 2025.1.11

复核/日期：郭伟标 2025.1.25

批准/日期：陈坤 2025.1.25

