

西安国联质量检测技术股份有限公司

Xi'an Guo Lian Quality Detection Technology Co., Ltd.

检验报告

TEST REPORT

报告编号: BSS230603771-1

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	技术要求条款	单位	技术指标	检验结果	单项评定
1	外观	《医用无菌敷贴产品技术要求》2.1	/	产品包装完整、洁净, 标识清晰, 无破损。敷贴应为白色至黄色的湿润膜, 应洁净、无异常气味和异物。	产品包装完整、洁净, 标识清晰, 无破损。敷贴为白色湿润膜, 洁净、无异常气味和异物。	合格
2	装量	《医用无菌敷贴产品技术要求》2.2	/	平均装量不少于标示装量, 每个产品装量不少于标示装量的 95%	平均装量为 25.2g, 大于标示装量 (25g), 每个产品装量大于标示装量的 95%	合格
3	酸碱度	《医用无菌敷贴产品技术要求》2.3	/	4.0~7.0	5.26	合格
4	重金属	《医用无菌敷贴产品技术要求》2.4	μg/g	应不大于 10μg/g	<10μg/g	合格
5	海藻酸钠鉴别	《医用无菌敷贴产品技术要求》2.5	/	应生成胶状沉淀	生成胶状沉淀	合格
6	海藻糖含量	《医用无菌敷贴产品技术要求》2.6	mg/mL	应不少于 1.0mg/mL	2.67mg/mL	合格
7	保湿性	《医用无菌敷贴产品技术要求》2.7	/	本品的重量损失应不超过自身重量的 30%	本品的重量损失为自身重量的 9.26%	合格
8	成膜性	《医用无菌敷贴产品技术要求》2.8	/	应具有较好的成膜性	具有较好的成膜性	合格
9	*水蒸气透过量	《医用无菌敷贴产品技术要求》2.9	/	本产品水蒸气透过量应不小于 500g/(m ² ·24h)。	8868g/(m ² ·24h)	合格

接下页

