

美信药业（辽宁）有限公司

产品出厂检验报告

产品名称	美药师婴儿手口湿巾	产品规格	180mm×140mm×80片
生产批号	20250630	检验日期	2025年06月30日
抽检数量	5袋	报告日期	2025年07月07日
检验依据	GB15979-2002	GB/T 27728-2011	
检验内容			
检验项目		标准规定	检验结果
偏差	长度	$\geq -10\%$	0%
	宽度	$\geq -10\%$	1%
含液量		应 ≥ 1.7 倍	5.2
pH值		应在3.5~8.5之间	5.5
内装量	当 $Q_n \leq 50$ 时	短缺量为0	0
	当 $Q_n > 50$ 时	短缺量 $< Q_n \times 1\%$	0
包装密封性能		包装密封	密封
可迁移性荧光物		应为无明显荧光现象	无
微生物	细菌总数	$\leq 20\text{cfu/g}$	未检出
	真菌总数	$\leq 100\text{cfu/g}$	未检出
	真菌定性	不得检出	未检出
	大肠菌群	不得检出	未检出
	金黄色葡萄球菌	不得检出	未检出
	绿脓杆菌	不得检出	未检出
	溶血性链球菌	不得检出	未检出
结 论：本品依据 GB15979-2002 GB/T 27728-2011 检验，其结果合格。			

负责人：张彦玲

复核人：陈伟杰

检验人：刘万亮

