

海氏海诺健康科技股份有限公司

创可贴成品检验报告书

序号: 202509006

规格型号	防水型 72mm × 22mm	生产批号	250906
生产日期	2025 年 09 月 06 日	失效日期	2028 年 09 月 06 日
收样日期	2025 年 09 月 08 日	报告日期	2025 年 09 月 22 日
生产单位	海氏海诺健康科技股份有限公司		
检验依据	鲁械注准 20182140457		
检验项目	技术要求	检验结论	
外观	表面应平整、无污渍、无异物，各组成部分不应有脱离或部分脱离现象。	合格	
尺寸	创可贴的长度和宽度应符合标称的要求，允差为±10%。吸水垫应位于创可贴中心，吸水垫两个相对胶贴边的宽度之差应不大于 4mm。吸水垫的长度与宽度应符合要求，允差为±3mm。	合格	
剥离强度	胶贴的剥离强度≥1.0N/cm。	合格	
持粘性	胶贴的下滑距离≤2.5mm。	合格	
液体吸收量	创可贴每 100cm² 吸水垫的液体吸收量应不小于 5g。	合格	
酸碱度	按附录 A.2 试验时，不应有溶液显粉红色。	合格	
环氧乙烷残留量	环氧乙烷残留量应不超过 10μg/g。	合格	
无菌	创可贴应无菌。	合格	
结论	合格 (盖章)		

检验人: 李巧玲

复核人: 郑潇华

