

青岛三嘉健康科技有限公司



产品全性能自检报告

报告编号：2025100202

产品名称		鸡眼（疣）护理盒		型号规格		SJ-HLH-B 型		产品批号		20251002		
生产日期			2025 年 10 月 2 日			检测日期			2025 年 10 月 2 日			
检测依据			鸡眼（疣）护理盒产品技术要求									
检测内容			产品全性能									
要求条款		检测项目		技术要求				检验结果		单项判定		
2.1		外观		鸡眼（疣）护理盒表面应清洁干净，不得有破损、脏污等缺陷。				符合		合格		
2.2 各 组 件 性 能	2.2.1		创口贴		应符合编号为“鲁青械备 20240529”的医疗器械产品技术要求				有合格检验报告		合格	
	2.2.2		棉签		应符合编号为“鲁青械备 20240130”的医疗器械产品技术要求				/		/	
	2.2.3		疣体剥离刀		应符合编号为“鲁青械备 20220590 号”的医疗器械产品技术要求				有合格检验报告		合格	
2.3		各组件名称、型号规格和数量		创口贴 透气型 70mm×22mm 2 片 疣体剥离刀 LQ-BLD-1 型 1 枚				符合		合格		
检测结果：经检测，所测项目均符合《鸡眼（疣）护理盒产品技术要求》的规定，判定该产品为合格。												
检验员：				审核员：				检验单位：		（盖章）		
日期：		2025-10-02		日期：		2025-10-02		日期：		2025-10-02		
备注		该型号无棉签组件										

