

编号: QR/MGL-QP-021-02

版次: A/1

湖北美高乐医疗用品有限公司

成品检测报告

产品名称	清洗液	型号/规格	250ml	
品牌	霖恩	订单编号	20251031	
产品批号	20251020	产品数量	36000 瓶	
抽样数量	500 瓶	检验日期	2025/10/22	
检测依据	医疗器械产品技术要求：鄂潜械备 20230002 《清洗液》			
序号	项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	外观	应为色泽均匀、透明的液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求	合格
2	装量	250ml±5%	249.1ml	合格
3	pH 值	产品 pH 值应为 5.5~8.5。	6.98	合格
4	氯化钠含量	产品氯化钠含量为 0.9%，允差±0.1%。	0.88%	合格
5	批间差	pH 的批间差 Δ pH 应不大于 0.60。	0.21	合格
结论		经检验，所检项目符合鄂潜械备 20230002 《清洗液》产品技术要求，产品合格。		
备注		— —		

检验人/时间: 2025.10.22

彭丽娜



复核人/时间: 2025.10.22

叶露



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App