



湖北惠真源药械有限公司
检验报告

产品名称	砭贴	生产批号	2025090103
型 号	圆形	生产日期	2025. 09. 06
规 格	Φ 25mm	品牌/商标	惠真源
检验目的	出厂检验	检验日期	2025. 09. 08
检验依据	砭贴技术要求：鄂鄂州械备 20160006号	报告日期	2025. 09. 09
检验项目	标准规定	检验结果	单项判定
外 观	胶面应涂布均匀、洁净, 表背层应 平整、无污染	符合规定	合格
尺 寸	允差±5%	符合规定	合格
持粘性	30分钟贴于不锈钢板上砭贴的顶 端下滑应不超过2. 5mm	1. 5mm	合格
初粘性	粘住5号钢球应能停留5秒	符合规定	合格
剥离强度	每1cm宽度所需的平均力应不小于	4. 0N/cm	合格
残留物	在温度37℃±1℃条件下, 放置 30分钟后应无残留粘性物质	符合要求	合格
结 论	本批产品依据鄂鄂州械备20160006号检验, 产品合格		

批准: 汪伟斌

复核: 蔡红珍

检验: 蔡红珍

