

海氏海诺健康科技股份有限公司

医用碘伏棉棒成品检验报告书

序号: 202505006

规格型号	7cm	生产批号	250506
生产日期	2025 年 05 月 28 日	失效日期	2027 年 05 月 28 日
收样日期	2025 年 06 月 10 日	报告日期	2025 年 06 月 10 日
生产单位	山东施普乐生物医药有限公司		
检验依据	鲁械注准 20212140612		
检验项目	技术要求		检验结论
外观及感官	棉棒管内碘伏溶液为红棕色, 色泽均匀; 脱脂棉应无异物、无异味。		合格
规格尺寸	长度 70mm (允差 $\pm 10\%$) 聚丙烯塑料管直径 3.2mm (允差 $\pm 10\%$)		合格
有效碘含量	聚维酮碘溶液中有效碘含量为 (2~10) g/L		合格
pH 值	碘伏溶液的 pH 值应为 2.0~4.0		合格
折断标识	棉棒一端应有一环状标识标明折断位置, 标识应清晰可见。		合格
使用性能	有标识一端应能用手折断, 折断后, 聚丙烯塑料管背的聚维酮碘溶液应能顺利流到一端, 并能充分浸润棉头		合格
聚维酮碘溶液含量	单只棉棒聚维酮碘溶液含量应不低于 0.1g		合格
结论	合格 (盖章)		

检验人: 任娟慧

复核人: 郑潇华

