

IGS NO 3294079-4A

管理号②

No. QR-7-生质-240807082

管理号①

202407004041L

202407004360L

班次 1 线体 N06

出厂检查报告书 (QIS)

机种名	NE-C612-SH (CN108)				捆包	初回
销售名称	压缩式雾化器 型号: CN108		批量		320	
机种代码	3294071-9		检查方式		抽样	
型式	NE		AQL		重缺陷	轻缺陷
样本大小	重	5	轻	5	1.0	1.0
严格性	放宽		综合判定		合格	
检验水平	重	I	轻	I	Ac	Re
检查结果	重=	0		合格判定	重=	0 1
	轻=	0			轻=	0 1



认可
曹文化
2024/08/07

设备代码	J	-	-	-	对货号 (年月不记录)	4071	-	-
大包装批号	202407L	-	-	-	对货人	14	-	-

检查员	-
-----	---

不良内容	-
------	---

备考	1. 顾客式样 (1台/批 年月不记录): 4071
----	----------------------------

检查项目 ("O" 合格、"X" 不合格、"- " 不检查)

外观检查(1)	☐	外观检查(2)	☐	喷雾量	☐	粒子径	☐	消费电流	☐
耐电压	☐	绝缘抵抗	☐	泄漏电流	☐	噪音	☐	式样确认	☐
大包装UDI确认	☐	个装箱UDI确认	☐	本体UDI确认	☐				

检查数据

No	管理号	喷雾量			粒子径 7.0 μm 以下	消费电流 0.47A 以下	噪音			
		前重量	后重量	喷雾量 0.30g/min 以上			前面 63dB以下	后面 63dB以下	左面 63dB以下	右面 63dB以下
1	202407 004071L	28.1	27.01	0.36	5.63	0.37	51.2	51.7	51	54.4
2	202407 004072L	28.41	27.3	0.37	5.32	0.38	-	-	-	-
3	202407 004230L	28.87	27.63	0.41	5.61	0.37	-	-	-	-
4	202407 004295L	28.29	27.03	0.42	5.73	0.38	-	-	-	-
5	202407 004296L	28.25	26.99	0.42	5.41	0.38	-	-	-	-
6	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-



No	管理号	外装泄漏电流				患者泄漏电流(大连)有限公司				患者泄漏电流III
		外装-外装		外装-大地		直流		交流		单一故障 5mA以下
		正常 0.1mA 以下	单一 0.5mA 以下	正常 0.1mA 以下	单一 0.5mA 以下	正常 0.01mA 以下	单一 0.05mA 以下	正常 0.1mA 以下	单一 0.5mA 以下	
1	202407 004071L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	202407 004072L	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
3	202407 004230L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	202407 004295L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	202407 004296L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-

