

湖州万康医疗科技有限公司

成品检验报告表

产品名称	玻璃体温计	报告日期	2025-06-05	
规格/型号	大规格（内）	批 量	1080 支	
生产批号	20250508	生产日期	2025-05-08	
抽样数量	80	页 数	共 1 页	
执行标准	ZY-PZ-04 成品检验规定			
检验具体内容				
序号	检验项目	检验标准要求	检验结果	单项判定
1	尺寸	大号尺寸（mm）：L 为 $120+8-5$ ，D 为 <5 ， l 为 14 ± 3 ， l_1 为 ≥ 8 ， l_2 为 ≥ 6 ，H 为 9 ± 0.4 ，B 为 12 ± 0.4 。	合格	合格
2	外观	不允许有妨碍读数的擦毛、斑点、气线、气泡等缺陷，不得有爆裂现象；毛细孔应正直、均匀，不得有影响读数的含金属液双毛孔缺陷，不应中断，刻度纸片应平直，其玻璃管顶端与标度板顶端的距离为 $0\text{mm}\sim 2\text{mm}$ ，刻度线和数字清晰，易读。	合格	合格
3	难甩	不应难甩	合格	合格
4	自流	不应自流	合格	合格
5	示值	示值允差： $+0.10/-0.15^{\circ}\text{C}$	合格	合格
6	应力	体温计应力扩散呈橙红色。	合格	合格
检验结果 合格				

检验机构盖章：

报告人/日期：2025.6.5 审核人/日期：2025.6.5

批准人/日期：2025.6.5

