

青岛贝塔工贸有限公司

检验报告书

编号：20251102-3

产品名称	医用退热贴		型号规格	50mm×120mm	
生产批号	20251102	生产日期	2025 年 11 月 02 日	报告日期	2025 年 11 月 05 日
检测项目	检测要求			抽样量	Ac/Re 检测结果
外观	胶面涂布均匀，无缺胶现象			8	0/1 合格
规格尺寸	产品标签明示的规格，允差±5%以内			8	0/1 合格
PH 值	PH 值应为 5.5-8.0			8	0/1 合格
黏附力	能黏住 3#或以上钢球			8	0/1 合格
赋形性	45℃±2℃时，凝胶不流淌； -1℃±1℃时，凝胶不结冰。			8	0/1 合格
残留物	不应有明显胶体残留物质			8	0/1 合格
包装密封性	包装袋应密封			8	0/1 合格
凝胶重量	单位平方厘米的凝胶重量不得小于 0.1g			8	0/1 合格
检测结论	按照《医用退热贴技术要求》检测合格				

检验人：吕一宁

复核人：李集

青岛贝塔工贸有限公司 品质部

