

海氏海诺健康科技股份有限公司

一次性使用医用外科口罩成品检验报告书

序号：202507014

规格型号	无菌 耳挂式平面形 17.5cm×9.5cm	生产批号	250714
生产日期	2025年07月14日	失效日期	2028年07月14日
收样日期	2025年07月16日	报告日期	2025年07月30日
生产单位	海氏海诺健康科技股份有限公司		
检验依据	鲁械注准 20162140493		
检验项目	技术要求	检验结论	
外观	口罩外观应整洁，形装完好，表面不得有破损、污渍	合格	
结构与尺寸	口罩佩戴好后，应能罩住佩戴者的鼻、口至下颌。 口罩尺寸应符合规格要求，允差为±0.5cm。	合格	
鼻夹	口罩上应配有鼻夹，鼻夹由可塑性材料制成。 鼻夹的长度不小于 8.0cm	合格	
口罩带	口罩带应戴取方便。 每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强度应不小于 10N。	合格	
合成血液穿透	2mL 合成血液以 16.0kPa(120mmHg)压力喷向口罩样品外侧面后， 口罩内侧不应出现渗透。	合格	
颗粒物过滤效率	口罩对非油性颗粒过滤效率应不小于 30%	合格	
压力差	口罩两侧面进行气体交换的压力差 Δp 应不大于 49Pa	合格	
阻燃性能	口罩材料应采用不易燃性材料；口罩移离火焰后继续燃烧应不大于 5s	合格	
无菌	口罩应无菌	合格	
环氧乙烷残留量	无菌口罩经环氧乙烷灭菌，其环氧乙烷残留量应不超过 10ug/g。	合格	
结论	合格 检验专用章 (1)		

检验人：李巧玲

复核人：郑潇华

