

海氏海诺健康科技股份有限公司

医用碘伏消毒棉球成品检验报告书

序号: 202510031

| | | | |
|---------|-------------------------|------|------------------|
| 规格型号 | 25 粒/瓶 | 生产批号 | 251031 |
| 生产日期 | 2025 年 10 月 31 日 | 失效日期 | 2027 年 10 月 31 日 |
| 收样日期 | 2025 年 11 月 01 日 | 报告日期 | 2025 年 11 月 01 日 |
| 生产单位 | 海氏海诺健康科技股份有限公司 | | |
| 检验依据 | 鲁械注准 20172140782 | | |
| 检验项目 | 技术要求 | 检验结论 | |
| 外观 | 外观为红棕色、色泽均匀，无异物。 | 合格 | |
| 包装数量 | 包装数量允差为±10%。 | 合格 | |
| 饱和比 | 医用碘伏消毒棉球饱和比应大于 3。 | 合格 | |
| 有效碘含量范围 | 碘伏溶液含有效碘质量浓度为 0.2%~0.9% | 合格 | |
| pH 值 | 碘伏溶液的 pH 值应在 2.0~4.0。 | 合格 | |
| 结论 | 合格 (盖章) | | |

检验人: 李巧玲

