

海氏海诺健康科技股份有限公司

医用酒精消毒棉片成品检验报告书

序号：202512001

规格型号	6cm×6cm	生产批号	251201
生产日期	2025年12月01日	失效日期	2027年12月01日
收样日期	2025年12月02日	报告日期	2025年12月02日
生产单位	海氏海诺健康科技股份有限公司		
检验依据	鲁械注准 20172140675		
检验项目	技术要求	检验结论	
外观	棉片应厚薄均匀，无破损等缺陷	合格	
尺寸	产品规格尺寸允差为±10%。	合格	
饱和比	棉片饱和比应大于2。	合格	
消毒剂浓度	棉片中医用酒精浓度为70%~80%(体积分数)	合格	
结论	合格		

检验人：李巧玲

复核人：郑满华

