

# 绍兴市胜达医药保健用品有限公司

## 成品检验报告

产品名称	防水创可贴	规格型号	76mmX25mm
生产批号	20251002	生产数量	1200 盒 (20 片 X20 盒)
抽样日期	20251003	检验日期	20251003
检验依据	创可贴产品技术要求		
序号	标准项目	技术要求	结论
1	外观	1.1 创可贴应厚薄、色泽均匀，表面清洁、平整，无污渍和破损等现象	合格
		1.2 基带与吸湿层应平整地附着于隔离层上，切割线应平整，无翻边、卷边和叠边等现象。	合格
		1.3 吸湿层应置于基带的中央位置，无破损及自然脱落等现象。	合格
		1.4 若在吸湿层上使用不粘层，则不粘层应完全覆盖在吸湿层上，无破损及自然脱落等现象。	合格
		1.5 隔离层应完全覆盖在创贴的基带上，无基带和吸湿层外露等现象。	合格
2	尺寸	2.1 背贴(长度 X 宽度) (mm): 76X25 误差± 2。	合格
		2.2 敷垫(长度 X 宽度)(mm): 23X17 误差± 2。	合格
3	吸水率	创可贴吸水层的吸水率应不小于 120%	合格
4	剥离强度	创可贴胶带的剥离强度应不低于 1.0N/cm	合格
5	持粘性	创可贴胶带的持粘性应不大于 2.5mm	合格
检验合格		合格	

检验员:  王要

审核员:  关志伟

