

海氏海诺健康科技股份有限公司

医用碘伏消毒棉球成品检验报告书

序号: 202510010

规格型号	30 粒/瓶	生产批号	251010
生产日期	2025 年 10 月 10 日	失效日期	2027 年 10 月 10 日
收样日期	2025 年 10 月 11 日	报告日期	2025 年 10 月 11 日
生产单位	海氏海诺健康科技股份有限公司		
检验依据	鲁械注准 20172140782		
检验项目	技术要求	检验结论	
外观	外观为红棕色、色泽均匀，无异物。	合格	
包装数量	包装数量允差为±10%。	合格	
饱和比	医用碘伏消毒棉球饱和比应大于 3。	合格	
有效碘含量范围	碘伏溶液含有效碘质量浓度为 0.2%~0.9%	合格	
pH 值	碘伏溶液的 pH 值应在 2.0~4.0。	合格	
结论	合格		

检验人: 李巧玲

复核人: 郑清

