

成品检验报告

编号: QK/QR-8.2.6-04-02

NO:

品名	医用热敷贴	规格	10cm×12cm
批号	20251005	生产数量	3655 盒
生产日期	2025 年 10 月 16 日	取样数量	5 盒
取样日期	2025 年 10 月 16 日	报告日期	2025 年 10 月 17 日
检验依据	医用热敷贴成品检验操作规程		
检验项目	标准规定	检验结果	结论
外观	内、外袋包装整齐, 不允许破裂; 印刷清晰, 不得脱落。	符合要求	符合规定
规格尺寸	10cm×12cm	10cm×12cm	符合规定
外包装密闭性测试	不允许有气泡连续产生, 试验后内部应无试验用水渗入。	符合规定	符合规定
内袋抗跌落	内袋置于 1.5m 高处, 使其自由落下到地面上 10 次, 不得开裂。	符合要求	符合规定
内袋拉张强度	横向、纵向在 50N 拉力下, 不允许出现破损。	符合要求	符合规定
外袋拉张强度	横向、纵向在 30N 拉力下, 不允许出现破损。	符合要求	符合规定
粘贴性能	粘贴部分应有良好的持粘性, 在温度特性测试试验后不得有脱落现象。	符合要求	符合规定
温度特性	最高温度为 65° C ± 5° C	66.5° C	符合规定
	升温时间 ≤ 20min	4.9min	符合规定
	持续时间应不小于 6 小时	508.1min	符合规定
	温度保证时间 ≥ 持续时间的 50%	376.5min	符合规定
结论: 本品按医用热敷贴成品检验操作规程检验, 结果符合规定。			

批准人:

朱成康
日期: 2025.10.17

审核人:

徐磊
日期: 2025.10.17

检验员: *姚子*

日期: 2025.10.17

