

安徽瑞康药业有限公司

成品检验报告单

NO:C-2025091601



产品名称	远红外消炎止痛贴	规格	矩形 9cm×12cm	商标	华夏医铭
生产批号	2025091102R	抽样数量	3 盒		
请检日期	2025.09.15	报告日期	2025.09.16		
生产日期	2025.09.13	有效期至	2027.09.12		

检验依据 《远红外消炎止痛贴成品检验操作规程》

序号	检验项目	标准条款	标准要求	检验结果	结论
1	外观	2.1	包装严密无破损；表面应平整、厚度均匀、裁剪整齐；除去盖衬，膏料应涂布均匀，膏面应光洁，色泽一致，无脱膏、失黏现象；背衬面应平整、洁净、无漏膏现象。	符合要求	合格
2	规格尺寸	2.2	规格尺寸均应在规定范围内。	9cm×12cm	合格
3	剥离强度	2.3.1	剥离强度应不低于 0.9N/cm。	6.4N/cm	合格
4	持黏性	2.3.2	粘胶层的持粘性应不大于 2.5mm。	0mm	合格
5	耐热性	2.3.3	在 60℃烘箱中加热 2 小时，冷却后膏背面应无泛黄及渗油现象，手指触试膏面，应仍有粘性。	符合要求	合格
6	含膏量	2.3.4	含膏量应不低于 1.3g/100cm ² 。（防粘层为无纺布时含膏量应不低于 0.6g/100cm ² ）	1.3g/100cm ²	合格
7	可伸展性	2.4.1	将样品拉伸 20%，可伸展性应 ≤ 14.0N·cm ⁻¹ 。	5.6N·cm ⁻¹	合格
8	永久变形	2.4.2	应不大于 5%。	4%	合格
结论		产品经检验，符合标准规定要求，判定该产品合格			



检验员: 田霄

复核人: 刘顶中

批准人: 刘顶中

日期: 2025.09.16

日期: 2025.09.16

日期: 2025.09.16

