

编号: QR/MGL-QP-021-02

版次: A/1

# 湖北美高乐医疗用品有限公司 成品检测报告

产品名称	清洗液	型号/规格	15ml	
品牌	霖恩	订单编号	20260102	
产品批号	20260102	产品数量	300000 支	
抽样数量	800 支	检验日期	2026/01/02	
检测依据	医疗器械产品技术要求: 鄂潜械备 20230002 《清洗液》			
序号	项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	外观	应为色泽均匀、透明的液体, 不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求	合格
2	装量	15mL±5%	15.21mL	合格
3	pH 值	产品 pH 值应为 5.5~8.5。	6.18	合格
4	氯化钠含量	产品氯化钠含量为 0.9%, 允差±0.1%。	0.90%	合格
5	批间差	pH 的批间差 Δ pH 应不大于 0.60。	0.12	合格
结论	经检验, 所检项目符合鄂潜械备 20230002 《清洗液》产品技术要求, 合格。			
备注				

检验人/时间: 邹爱红 2026.01.02



复核人/时间: 李伟 2026.01.02

