

湖北美高乐医疗用品有限公司
成品检测报告

产品名称		清洗液	型号/规格	500ml
品牌		霖恩	订单编号	20260152
产品批号		20260126	产品数量	6600 瓶
抽样数量		200 瓶	检验日期	2026/01/27
检测依据		医疗器械产品技术要求：鄂潜械备 20230002《清洗液》		
序号	项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	外观	应为色泽均匀、透明的液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求	合格
2	装量	500mL±5%	500.21mL	合格
3	pH 值	产品 pH 值应为 5.5～8.5。	6.21	合格
4	氯化钠含量	产品氯化钠含量为 0.9%，允差±0.1%。	0.90%	合格
5	批间差	pH 的批间差 Δ pH 应不大于 0.60。	0.15	合格
结论		经检验，所检项目符合鄂潜械备 20230002《清洗液》产品技术要求，产品合格。		
备注				

检验人/时间: 邹爱红 2026.01.27

复核人/时间: 李伟 2026.1.27

