



湖北惠真源药械有限公司
检验报告

产品名称	砭贴	生产批号	2026020306
型号	圆形	生产日期	2026.02.03
规格	Φ25mm	品牌/商标	惠真源
检验目的	出厂检验	检验日期	2026.02.05
检验依据	砭贴技术要求：鄂鄂州械备20160006号	报告日期	2026.02.05
检验项目	标准规定	检验结果	单项判定
外观	胶面应涂布均匀、洁净，表背层应平整、无污染	符合规定	合格
尺寸	允差±5%	符合规定	合格
持粘性	30分钟贴于不锈钢板上砭贴的顶端下滑应不超过2.5mm	1.5mm	合格
初粘性	粘住5号钢球应能停留5秒	符合规定	合格
剥离强度	每1cm宽度所需的平均力应不小于1.0N	1.6N/cm	合格
残留物	在温度37℃±1℃条件下，放置30分钟后应无残留粘性物质	符合要求	合格
结论	本批产品依据鄂鄂州械备20160006号检验，产品合格		



批准：汪伟斌

复核：蔡珍

检验：[Signature]