

江苏南方卫材医药股份有限公司 成品检验报告单

报告单编号	COA-25062408	批 量	300 件
检品名称	创口贴	请检部门	制造车间
检品批号	WNFA2547	规 格	【型号/规格】轻巧型 70mm×20mm
包装规格	20 片/盒×400 盒/件	收检日期	2025 年 06 月 17 日
检验依据	SOP-QP025-626	报告日期	2025 年 06 月 24 日

检验项目	标准规定	检验结果
【外观】		
1.创口贴表面应洁净，无杂质。		符合规定
2.吸收性敷垫应与涂胶基材连接紧密，且位置居中，切边整齐，无斜角；		符合规定
3.涂胶基材胶面应平整，不应渗胶；边缘整齐，无毛边，边角光滑、规则；无拐角。		符合规定

【尺寸】
应符合相应产品的尺寸要求。

组件名称	长 (mm)		宽 (mm)		备注	检验结果
	基本尺寸	允差	基本尺寸	允差		
涂胶基材	70	±3	20	±2	圆角型	70mm×20mm
吸收性敷垫	23		15		岛型	23mm×15mm
防粘纸	折边 2.5~5.5		20	±2	底纸折边	20mm
冷封纸	折边 3.0~6.0		31	±1	封边≥3.0mm	31mm
吸水垫	C:35	±1	A:10	±1	---	符合规定
居中	D:35	±1	B:10	±1	---	

【剥离强度】 应不小于 1.0N/cm。 5.0N/cm

【持粘性】 应不大于 2.5mm。 0mm

【包装质量】

- 1 包装装量准确，无空片、残片、接头、异物等质量问题产品。 符合规定
- 2 内、外包装批号、生产日期、有效期一致且清晰可见、正确无误。 符合规定

【微生物限度】

- 1、需氧菌总数 ≤160cfu/10cm² <1cfu/10cm²
- 2、霉菌和酵母菌总数 ≤15cfu/10cm² <1cfu/10cm²
- 3、铜绿假单胞菌 不得检出 (10cm²) 未检出
- 4、金黄色葡萄球菌 不得检出 (10cm²) 未检出

【结论】 本品按 SOP-QP025-626 标准进行检验，结果符合规定。

报告人:

复核人:

批准人:

