



### 成品检验报告单

报告单编号	2505007	批 量	720 件
检品 名称	防水创口贴	请检部门	MA4343E
检品 批号	WAEB2504	规 格	70mm×23mm
包装 规格	100 片/盒×100 盒/箱	收检日期	2025 年 05 月 06 日
检验 依据	防水创口贴产品质量标准要求	报告日期	2025 年 05 月 07 日

检验项目	标准规定	检验结果	结论
【外观】	1. 创口贴表面应平整，光洁、无褶皱和开裂，不应有色斑、毛发等异物，不应有异味； 2. 护创垫应与背衬连接紧密，位置居中，切边整齐； 3. 背衬胶面平整，不应渗胶，且边缘应整齐无毛边，边角光滑、规则； 4. 撕开冷封纸后，创口贴易取出。 5. 创口贴的包装应清晰、完整，印刷符合规定要求，无错印、套印等。	与标准规定一致	符合规定
【结构检查】	(1) 产品上配件与样品一致，无漏装，错装； (2) 组装配件顺序与样品一致。	与标准规定一致	符合规定
【产品尺寸】	创口贴尺寸 70mm±2×23mm±2	70mm×22mm	符合规定
	吸收垫尺寸 23mm±2×12mm±2	23mm×12mm	符合规定
【剥离强度】	应≥1.0N/cm	3.7N/cm	符合规定
【持粘性】	应≤2.5mm	0mm	符合规定
【阻水性】	背衬基材应具有承受500mm 静水压300 秒的能力	无渗水	符合规定
【透气性】	应不小于 500 / (m <sup>2</sup> ·24h)	780.73 / (m <sup>2</sup> ·24h)	符合规定
【吸水速率】	一滴水在 2 秒内吸收完全	1.0s	符合规定
【结论】	本品按防水创口贴产品质量标准要求检验，结果符合规定。		

报告人：郑琼

复核人：贺春艳

负责人：尤德权

